



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Centrum Transferu Technologii

Szczecin, dn. 09.06.2022 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

DO ZAPYTANIA O CENĘ NR 5-2/II4.0/2022 Z DNIA 02.06.2022 R.

PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie usługi w trybie dłuższych odczytów - tzn. w trybie sparowanych odczytów 2 x 300 ?

ODPOWIEDŹ:

TAK

PYTANIE NR 2

Czy Zamawiający gwarantuje zawartość minimum 10% masowo DNA fagowego w przesyłanej próbce DNA?

ODPOWIEDŹ:

TAK

PYTANIE NR 3

Czy Zamawiający jest w stanie określić wymaganą na każdą próbkę ilość danych wynikowych wyrażonych w Gb?

ODPOWIEDŹ:

NIE

PYTANIE NR 4

Czy Zamawiający określa termin wykonania w dniach jako 30 dni roboczych?

ODPOWIEDŹ:

TAK

Zamawiający, w związku z otrzymanymi pytaniami, informuje o przesunięciu terminu wpływu ofert na zapytanie o cenę nr 5-2/II4.0/2022 z dnia 02.06.2022 r. **na dzień 13.06.2022 r.**