



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Centrum Transferu Technologii

Szczecin, dn. 07.07.2022 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 10-1/II4.0/2022 Z DNIA 01.07.2022 R.

PYTANIE NR 1

Czy w pozycji nr 26- Filtry strzykawkowe Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania filtrów strzykawkowych ze średnicą 25mm?

ODPOWIEDŹ:

tak

PYTANIE NR 2

Czy w pozycji nr 27 -Płytki mikrotitracyjne 96-dołkowe Zamawiający wymaga by płytki miały zastosowanie do hodowli adherentnej czy do zawiesiny?

ODPOWIEDŹ:

Adherentna

PYTANIE NR 3

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania Płytek titracyjnych 96-dołkowych z kształtem dna typu F?

ODPOWIEDŹ:

nie – kształty U