



Szczecin, 21.09.2023 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6/IZOTONIK/2023/CTT Z DNIA 18.09.2023 r.

PYTANIE NR 1

Pozycja 12, 13, 14, 15

Pytanie 1: Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów z poniższymi terminami ważności?:

Veratox DON 5/5– termin ważności minimum 4 miesiące w dniu dostawy.

Veratox T-2/HT-2– termin ważności minimum 6 miesięcy w dniu dostawy.

Veratox AFLATOXIN HS – termin ważności testów minimum 7 miesięcy w dniu dostawy.

Veratox OCHRATOXIN – termin ważności testów minimum 5 miesięcy w dniu dostawy.

Producent testów nie może zagwarantować produktów z dłuższym terminem ważności w dniu dostawy niż terminy wymienione powyżej

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na wskazane w zapytaniu terminy ważności testów. Wskazane terminy są za krótkie. Czas analiz wszystkich prób w projekcie przekracza termin ważności zaproponowanych odczynników.