



Szczecin, 21.11.2023 r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 6/LIDERXII/2023 Z DNIA 16 listopada 2023**

PYTANIE 1

Czy profilowanie 52 mikrobiomów bazujące na fragmencie 16S ma zostać przeprowadzone w drodze przygotowania bibliotek ampikonowych dla regionu V3-V4 16S i sekwencjonowania z wykorzystaniem urządzenia MiSeq firmy Illumina w trybie sparowanych końców w dwóch odczytach po 300 zasad, gdzie spodziewana minimalna liczba par odczytów na próbę wynosi 50 000?

ODPOWIEDŹ

Tak.