Szczecin, dnia 02.09.2016 r.

sygn. DZP-262-48-404/2016

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, pn. „*Dostawa wyposażenia szpitalnego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie*” – DZP-262-48/2016.

W Y J A Ś N I E N I A I M O D Y F I K A C J E
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:
Łóżko ortopedyczne – 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta, leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwymi w dezynfekcji, odpornymi na rozwój mikroorganizmów, bezpiecznymi dla pacjenta?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ.

Pytanie nr 2:
Łóżko ortopedyczne – 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym odejmowanymi panelami z tworzywa ABS?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ.

Pytanie nr 3:
Łóżko ortopedyczne – 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kąta nachylenia segmentu uda w zakresie od 0 do 40°?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 4:
Łóżko ortopedyczne – 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wysokości 500 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodności z treścią SIWZ. Proponowane rozwiązanie jest gorsze od wymaganego.

Projekt pn. **„Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”** realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

Pytanie nr 5:
Łóżko ortopedyczne – 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w podwójną ramę ortopedyczną wykonaną ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ.

Pytanie nr 6:
Łóżko szpitalne (specjalistyczne z przechyłami bocznymi) – 3 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty blokowane za pomocą dwóch dźwigni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 7:
Łóżko szpitalne (specjalistyczne z przechyłami bocznymi) – 3 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w dźwignie hamulca zlokalizowane przy kołach od strony szczytu nóg?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ.

Pytanie nr 8:
Łóżko szpitalne (specjalistyczne z przechyłami bocznymi) – 3 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem niewyposażonym w przycisk aktywacyjny?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ. Proponowane rozwiązanie nie jest bezpieczne.

Pytanie nr 9:
Łóżko szpitalne (specjalistyczne z przechyłami bocznymi) – 3 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w sterowanie nożne 6 funkcyjne (regulacja wysokości góra/dół, przechyły boczne prawo/lewo, CPR i pozycja egzaminacyjna) umiejscowione z dwóch stron łóżka?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ.

Pytanie nr 10:
Łóżko szpitalne (specjalistyczne z przechyłami bocznymi) – 3 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane panelem nożnym bez konieczności podnoszenia osłony? W oferowanym łóżku panel sterowania nożnego umiejscowiony jest na odpowiedniej wysokości oraz schowany pod leżem co uniemożliwia przypadkowe uruchomienie oraz wyposażony jest w przycisk aktywacyjny umiejscowiony na spodnie sterowania nożnego, niewidoczny dla osób postronnych. Ten sposób zabezpieczania panelu nożnego przed przypadkowym uruchomieniem jest skuteczniejszy niż podnoszenie widocznej dla każdego osłony.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ. Proponowane rozwiązanie nie zapewnia bezpieczeństwa i może spowodować niezaplanowaną zmianę pozycji łóżka.

Pytanie nr 11:
Łóżko szpitalne (specjalistyczne z przechyłami bocznymi) – 3 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 222 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ.

Projekt pn. **„Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”** realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

Pytanie nr 12:
Łóżko szpitalne (specjalistyczne z przechyłami bocznymi) – 3 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 100 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ.

Pytanie nr 13:
Łóżko szpitalne (specjalistyczne z przechyłami bocznymi) – 3 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją części plecowej w zakresie 72°?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 14:
Łóżko szpitalne (specjalistyczne z przechyłami bocznymi) – 3 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją przechyłów bocznych 20°?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów w tym zakresie.

Pytanie nr 15:
Szafka przyłóżkowa – 4 szt.
Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 480 mm?

Pytanie nr 16:
Szafka przyłóżkowa – 4 szt.
Czy Zamawiający dopuści szafkę o długości 480 mm?

Pytanie nr 17:
Szafka przyłóżkowa – 4 szt.
Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 800 mm?

Odpowiedź na pytania nr 15, 16 i 17:

Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów w proponowanym zakresie.

Pytanie nr 18:
Szafka przyłóżkowa – 4 szt.
Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w koła o średnicy 40 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę parametrów.

Pytanie nr 19:
Łóżko noworodkowe – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko o stelażu z profilu stalowego lakierowanego proszkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ.

Pytanie nr 20:
Łóżko noworodkowe – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą stalową lakierowaną proszkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ.

Pytanie nr 21:
Łóżko noworodkowe – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych: 1000 x 510 x 950 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ.

Projekt pn. **„Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”** realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

Pytanie nr 22:
Łóżko noworodkowe – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach wewnętrznych: 750 x 400 x 210 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ.
Pytanie nr 23:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty częściowej? Prosimy o taką możliwość, gdyż nie wszyscy producenci posiadają wymaganą przez Zamawiającego gamę produktów, co uniemożliwia złożenie oferty, powoduje zawężenie ilości wykonawców, czyniąc postępowanie mniej atrakcyjnym pod względem cenowym.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ.
Pytanie nr 24:
Czy Zamawiający dopuści **łóżko szpitalne (specjalistyczne z przechyłami bocznymi) – 3 szt.** o parametrach równoważnych do wskazanych przez Zamawiającego według poniższego opisu? Oferowane łóżko posiada parametry dobrane precyzyjnie pod kątem przeznaczenia, zapewni komfort pracy przy pacjencie oraz umożliwi prowadzenie codziennych procedur. Proponowane parametry wynikają z przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez doświadczonego producenta i w żaden sposób nie pogarszają walorów funkcjonalno - użytkowych opisanych przez Zamawiającego.

- Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Szczyty blokowane za pomocą dwóch pokręteł
- Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła
- Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka
- Barierki boczne tworzywowe, składane obok ramy leża, nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca.
- Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny. Barierki niezależne od siebie z możliwością opuszczenia / odbezpieczenia dowolnej z nich za pomocą klamki dostępnej jedynie dla personelu medycznego
- Leże łóżka 4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na trzech kolumnach o przekroju prostokątnym, gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami
- Segmenty leża pokryte odejmowanymi osłonami z płyty HPL, łatwe w dezynfekcji
- Cztery pojedyncze koła z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. Pojedyncza dźwignia hamulca zlokalizowana od strony szczytu nóg. Dźwignia metalowa w kształcie litery C
- Sterowanie elektryczne przy pomocy:
  - panelu sterowniczego, pozwalającego na regulację wszystkich funkcji elektrycznych, montowanego na szczycie od strony nóg z możliwością swobodnego wyjmowania i umieszczania na szczycie, czy też półce na pościel. Panel wyposażony w czytelne

Projekt pn. **„Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”** realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

piktogramy – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji,
  - pilota przewodowego dla pacjenta (sterowanie wysokości, kąta nachylenia segmentu pleców i uda oraz funkcji autokontur),
  - paneli nożnych do sterowania regulacją wysokości
- Osobne sterowanie nożne dla regulacji wysokości
- Długość zewnętrzna 2200 mm z możliwością przedłużania o 200 mm
- Szerokość zewnętrzna łóżka – 970 mm
- Regulacja elektryczna wysokości leża w zakresie od 500 mm do 900 mm, gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka" /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/
- Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70°
- Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 45°
- Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym
- Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu
- Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 18° – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
- Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 18° – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
- Pełna regulacja przechyłów bocznych ok. 30° w każdą stronę z funkcją zatrzymania w poziomie 0 w trakcie powrotu z pozycji przechyłu bocznego
- Funkcja przechyłów bocznych uruchamia się po naciśnięciu przycisku; ze względów bezpieczeństwa funkcja ta odbywa się na maksymalnej wysokości leża (po naciśnięciu przycisku leże najpierw unosi się do maksymalnej wysokości, a następnie wykonywany jest przechył boczny)
- Regulacja elektryczna przechyłów bocznych z panelu sterowniczego
- Łóżko posiada stopień ochrony IP66
- Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
- Elektryczna funkcja CPR (pozycja ratująca życie)– sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
- Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa (pozycja ratującej życie)– sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
- Elektryczna, natychmiastowa pozycja egzaminacyjna – sterowana przy pomocy przycisków nożnych i dodatkowo jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
- Sterowanie nożne regulacji wysokości umożliwiające obsługę łóżka w sytuacjach gdy personel nie chce używać rąk do obsługi pilota (np. ma ubrane rękawice i po naciśnięciu przycisku ręką powinien je wymienić)

Projekt pn. **„Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie"** realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

- Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego – sterownik niewystający poza obrys podstawy
- Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór):
  - regulacji wysokości
  - regulacji części plecowej
  - regulacji części nożnej
  - regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga
  - regulacji przechyłów bocznych
- Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowana jednym przyciskiem przy pomocy pilota
- Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przycisk świadomego uruchomienia systemu elektrycznego łóżka znajdujący się w barierkach bocznych i na panelu sterowania dla personelu
- Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratującej życie) regulacji w sterowaniu w barierkach po ok. 60 sekundach nieużywania regulacji, w sterowaniu na panelu po ok. 20 sekundach nieużywania regulacji, chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
- Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR
- 4 tworzywowe odbojniki chroniące łóżko oraz ściany przed uszkodzeniami
- Funkcja autoregresji zmniejszająca ryzyko powstawania odleżyn. Funkcja autoregresji działająca na zasadzie odsuwania się dolnej krawędzi segmentu minimalizująca nacisk w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcję profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4
- Podstawa łóżka osłonięta tworzywową pokrywą
- Wysuwana półka na pościel zlokalizowana od strony szczytu nóg
- Bezpieczne obciążenie robocze na poziomie 250 kg
- System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia
- Wyposażenie:
  - Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180^{o}. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca 100 mm
  - Wypełnienie leża płyty HPL

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ.

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiający dopuści **wózek anestezjologiczny (4 szt.)**, którego szkielet, blat górny oraz szuflady wykonane są z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością; wysokoodpornego tworzywa polietylenu? Oferowane parametry są tożsame ze wskazanymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ.

Projekt pn. **„Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”** realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

Pytanie nr 26:
Czy Zamawiający dopuści **wózek anestezjologiczny (4 szt.)**, posiadający wymiary zewnętrzne: wysokość 100 cm, głębokość 61 cm, szerokość 91 cm? Oferowane wymiary różnią się nieznacznie od tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę na zaproponowane parametry.

Pytanie nr 27:
Czy Zamawiający dopuści **wózek anestezjologiczny (4 szt.)**, którego czoła szuflad posiadają przeźroczyste okienka (tabliczki) z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady? Proponowany parametr jest tożsamy ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 28:
Czy Zamawiający dopuści **wózek anestezjologiczny (4 szt.)**, posiadający wysoce mobilny układ jezdny: 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą, o średnicy 125 mm z elastycznym, niebudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczone w odległościach zapewniających prawidłową zwrotność wózka?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ. Proponowane rozwiązanie nie zapewnia dobrej zwrotności wózka.

Pytanie nr 29:
Czy Zamawiający dopuści **wózek anestezjologiczny (4 szt.)**, posiadający oboje w narożnikach wózka chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ. Proponowane rozwiązanie jest gorsze od wymaganego.

Pytanie nr 30:
Czy Zamawiający dopuści **wózek anestezjologiczny (4 szt.)**, wyposażony w pojemnik na żel (zamiast półki)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ.

Pytanie nr 31:
Czy Zamawiający dopuści **wózek anestezjologiczny (4 szt.)**, nie posiadający zintegrowanych dwóch bocznych szuflad wysuwanych spod blatu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ. Proponowane rozwiązanie jest gorsze od wymaganego.

Pytanie nr 32:
Czy Zamawiający dopuści **wózek anestezjologiczny (4 szt.)**, wyposażony w stalową nadstawkę z tworzywowymi pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty, pojemniki w dwóch rzędach (2 rzędy po 5 pojemników)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ.

Pytanie nr 33:
Czy Zamawiający dopuści **wózek anestezjologiczny (4 szt.)**, wyposażony w wieszak kroplówki z regulacją wysokości montowany przy blacie wózka?

Projekt pn. **„Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”** realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ. Proponowane rozwiązanie jest gorsze od wymaganego.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

- Załącznik nr III B do SIWZ – *Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych*, został zmodyfikowany – **dokument po zmianach w załączeniu.**

W imieniu Zamawiającego

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk

Załączniki:
Załącznik nr III B po zmianach.

Projekt pn. **„Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”** realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.