



Sygn. DZP-260-434/2016

Szczecin, dnia 13.10.2016 r.

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: *zapytania ofertowego na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.*

ODPOWIEDZI
dotyczące treści Zapytania Ofertowego

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania:

1) Dotyczy poz. 8 Urządzenie do pomiaru cukru we krwi

Opisane urządzenie nie jest już dostępne na rynku. Czy Zamawiający dopuści glukometr Xido NEO, który nie posiada sygnału dźwiękowego potwierdzającego naniesienie wystarczającej kropli krwi oraz zakończenie pomiaru, nie posiada trzech przycisków operacyjnych oraz pomiaru z nakłuc w Alternatywnych Miejscach Nakłucia (AST).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wskazanego urządzenia, jako równoważnego.

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk