



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Sygn. DZ-104-2017/BD

Szczecin, dn.14.03.2017 r.

[bip.pum.edu.pl](http://bip.pum.edu.pl)

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na „Dostawę fabrycznie nowej zamrażarki biomedycznej do -30°C dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie DZ-267-03/17”

#### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

**Pytanie nr 1.** Czy Zamawiający dopuści, aby zamrażarka miała szerokość o 1 cm większą niż dopuszczana, tj.: 780 mm oraz głębokość o 1 cm większą niż dopuszczana, tj.: 840 mm przy spełnianiu pozostałych kryteriów? Urządzenie mieści się w standardowe futryny drzwi (800 mm).

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w ogłoszeniu. Powierzchnia, na której ma zostać ustawiona zamrażarka jest ograniczona poprzez meble laboratoryjne.

**Pytanie nr 2.** Czy Zamawiający wymaga, aby zamrażarka była sprzętem medycznym, tj. aby spełniała wymagania Dyrektywy Medycznej 93/42/EWG i Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz norm zharmonizowanych?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 3.** Czy Zamawiający wymaga, aby szafa posiadała komorę wykonaną z wysokogatunkowej stali nierdzewnej?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 4.** Czy Zamawiający wymaga, aby na panelu sterowniczym dało się odczytać godzinę i datę zaistniałego zdarzenia (np. alarmu przekroczenia temperatury)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 5.** Czy alarm wysokiej/ niskiej temperatury ma być regulowany, tj. czy Użytkownik ma mieć możliwość ustawienia zakresu alarmów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 6.** Czy alarm otwartych drzwi ma być regulowany, tj. czy Użytkownik ma mieć możliwość ustawienia czasu, po którym alarm się wyłączy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym temacie.

**Pytanie nr 7.** Czy Zamawiający wymaga, aby szafa chłodnicza wyposażona była w rejestrator danych o temperaturze i alarmach z ostatnich 30 dni oraz port USB umożliwiający zgranie danych temperaturowych na komputer?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 8.** Proszę o podanie wymiarów pudełek kriogenicznych, które mają być przechowywane w stelażach ze stali nierdzewnej.

**Odpowiedź:** Wymiary pudełek: 132 x 132 x 52 mm, przegrody 9x9.

**Pytanie nr 9.** Czy pudełka kriogeniczne mają być dostarczone razem ze stelażami?

**Odpowiedź:** Zapytanie ofertowe nie dotyczy dostawy pudełek kriogenicznych.

**Pytanie nr 10.** Dot. punktu 9: czy Zamawiający dopuści zamiast 2 półek wyposażonych w 2 wysuwane pojemniki każda, 2 szuflady ze stali nierdzewnej z frontem przezroczystym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

Zatwierdził

**Kanclerz**

**Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego**

**w Szczecinie**