



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Szczecin, dnia 29.09.2017 r.

sygn. DZ-423-2017/RB

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, pn. „Dostawa defibrylatorów dla jednostek Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” - DZ-262-40/2017.

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym wyjaśnia oraz modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1 –

dotyczy: zadania nr 2: Monitor funkcji życiowych-urządzenie do pomiaru funkcji życiowych z możliwością monitorowania – 2 kpl.

Proszę o wyjaśnienie czy w wyniku omyłki pisarskiej w pkt 9 dot. domyślnej metody pomiaru ciśnienia, Zamawiający miał na myśli zastosowanie metody, w której ciśnienie mierzone jest już w trakcie inflacji mankietu w czasie nie dłuższym niż 15 sekund?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, że zapis dotyczy zastosowania metody, w której ciśnienie mierzone jest już w trakcie inflacji mankietu w czasie nie dłuższym niż 15 sekund.

Pytanie nr 2 –

dotyczy: projektu umowy

Prosimy o modyfikację projektu umowy i usunięcie zapisu dot. §3 pkt. 13 „Wymiana materiałów zużywalnych dokonywana będzie na koszt Wykonawcy. Ponadto Wykonawca w ramach tego przeglądu zobowiązuje się do wykonania czynności serwisowych polegających na wyczyszczeniu styków w sterowniku nożnym, przepłukaniu instalacji wodnej specjalnym płynem do czyszczenia, wyczyszczenia separatora wodno-powietrznego oraz konserwacji rękawów stolika lekarza.” Uzasadnienie: Zapis nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Części II SIWZ w następujący sposób:

w §3 w ustępie nr 13 zapis odwołujący się do opisu czynności serwisowych podlega wykreśleniu, a tym samym treść ust. 13 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„13. W trakcie trwania gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania bezpłatnych przeglądów technicznych, obejmujących swoim zakresem wymianę materiałów zużywalnych – przynajmniej raz na 12 miesięcy, przy czym ostatni przegląd musi zostać przeprowadzony nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem terminu gwarancji i rękojmi. Wymiana materiałów zużywalnych dokonywana będzie na koszt Wykonawcy.”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk