



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Szczecin, dnia 09.10.2017 r.

sygn. DZ-429-2017/JK

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, na „Dostawa aparatu do Real Time PCR wraz z wyposażeniem” – DZ-262-45/2017.*

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1. Dotyczy Załącznik nr III A do SIWZ.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia do wstępnej homogenizacji próbek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia do wstępnej homogenizacji próbek.

Pytanie nr 2. Dotyczy Załącznik nr III A do SIWZ.

Dotyczy punktu 2 – Zamawiający w Swoich wymaganiach oczekuje bloku wykonanego ze srebra. Faktycznie wykonany z czystego srebra o dużej masie blok to optymalne rozwiązanie zapewniające otrzymywanie jednorodnych wyników. Dodatkowo blok wyposażony w korektor cieplny w postaci warstwy typu Therma-Base gwarantującej wydajne i równomierne rozchodzenie się ciepła umożliwia generowanie danych bez kalibracji. Czy Zamawiający oczekuje takiego rozwiązania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie takiego rozwiązania.

Pytanie nr 3. Dotyczy Załącznik nr III A do SIWZ.

Dotyczy punktu 10 – Prosimy o wyjaśnienie, czy w Opisie przedmiotu zamówienia, w pkt. 10, nie zaistniała oczywista omyłka pisarska? Czy w miejscu słowa „równych” nie powinno być słowo „różnych”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że prawidłowo w opisie powinno znajdować się słowo „różnych”.

Tym samym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, modyfikuje Załącznik nr III A do SIWZ. W kolumnie nr II zmieniona zostaje treść zapisu w punkcie 10, który otrzymuje **nowe następujące brzmienie:**

„10. Urządzenie posiadające system otwarty umożliwiający analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych barwników i sond molekularnych pochodzący z innych firm niż producent aparatu.”

Pytanie nr 4. Dotyczy Część II SIWZ – „Projekt umowy”.

Par. 3 ust. 12 i 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5. Dotyczy Część II SIWZ – „Projekt umowy”.

Par. 4 ust. 3 Czy zamawiający wyrazi zgodę by termin płatności był liczony od dnia wystawienia faktury?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6. Dotyczy Część II SIWZ – „Projekt umowy”.

Par. 5 ust. 1 pkt 2)-5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7. Dotyczy Część II SIWZ – „Projekt umowy”.

Par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu.

Pytanie nr 8. Dotyczy Część II SIWZ – „Projekt umowy”.

Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyznaczając **nowy termin składania ofert:**

- termin składania ofert **13.10.2017 r. godz. 10⁰⁰.**
- termin otwarcia ofert **13.10.2017 r. godz. 11⁰⁰.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk

Załączniki:

1) Załącznik nr III A do SIWZ po zmianach.

