



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Szczecin, dnia 13.10.2017 r.

sygn. DZ-454-2017/JK

Dostawa aparatu do Real Time PCR wraz z wyposażeniem ***Sygn. DZ-262-45/2017*** ***(otwarcie ofert odbyło się w dniu 13.10.2017r.)***

Do upływu terminu składania ofert złożono:

| Nr oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Oferowana cena brutto [60%] | Termin realizacji zamówienia [7%] | Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia [3%] | Parametry techniczne [30%] | | | | | |
|-----------|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|--|----------------------------|---|
| | | | | | Normalizacja urządzenia barwnikiem referencyjnym typu Rox | Możliwość elastycznego doboru filtrów wzbudzania/emisji | Możliwość wykonania analizy Gene Scanning / High Resolution Melting bez konieczności wprowadzania standardów o znanym genotypie | Opcja automatycznego zapisywania informacji o wszystkich zmianach w plikach z otrzymanymi wynikami dokonywanych przez użytkowników aparatu (tzw. „traceable database”) | Możliwość zdalnego serwisu | Instrukcja w pełnej wersji w języku polskim oraz angielskim |
| 1 | Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b 01-531 Warszawa | 219 999,52 zł | 21 dni | 24 m-ce | <i>brak konieczności normalizacji</i> | <i>tak</i> | <i>tak</i> | <i>tak</i> | <i>tak</i> | <i>tak</i> |

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **220 000,00 zł brutto**