



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kancelarz

Szczecin dnia 15.11.2017 roku

sygn. DZ-538-2017/RB

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, pn. „Dostawa i montaż komory kriogenicznej dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” - DZ-262-48/2017.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Czy zamawiający rozumie, poprzez wymiany sprzętu na nowy w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji i rękojmi trzech awarii, usterek lub wad tej samej części lub podzespołu, wymianę na nowy podzespół czy całą kriokomorę.

Uzasadnienie: Producent kriokomory nie jest producentem każdego podzespołu kriokomory i nie ma wpływu na działanie poszczególnych podzespołów. Kriokomora nie jest mobilnym urządzeniem które można w łatwy sposób wymienić na nową, więc w przypadku gdy Zamawiający wymaga wymiany całej kriokomory w opisanym przypadku to każdy wykonawca będzie musiał w kalkulacji ofertowej ująć awaryjne urządzenie co znacznie zawyży koszty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji i rękojmi trzech awarii, usterek lub wad tej samej części lub podzespołu, ma być wymieniona część która uległa awarii.

[Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Części II SIWZ w §3 ust. 7 w następujący sposób:](#)

„7. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonej części lub podzespołu na nową w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji i rękojmi trzech awarii, usterek lub wad tej samej części lub podzespołu. Wymiana gwarancyjna części lub podzespołu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty przyjęcia reklamacji.”



Pytanie 2

Co Zamawiający rozumie poprzez „Wykonanie przebieralni (męskiej i damskiej) wraz z szafkami.” Czy chodzi o same wykonanie szafek do przebieralni?

Uzasadnienie: W materiałach opublikowanych przez zamawiającego nie ma żadnej informacji o pracach budowlanych odnośnie szatni.

Odpowiedź:

W załączniku nr III A do SIWZ w pkt. II oraz załączniku nr III A.1 do SIWZ jest wymieniony zakres prac w poszczególnych pomieszczeniach i jest tam również mowa o pracach związanych z pom. szatni.

Pytanie 3

Z dokumentacji przetargowej wynika iż wykonanie płyty betonowej wraz z ogrodzeniem pod zewnętrzną jednostkę klimatyzacji oraz dostawa tej jednostki jest objęta innym postępowaniem i nie wchodzi w zakres postępowania na dostawę kriokomory. Prosimy o potwierdzenie tej informacji.

Odpowiedź:

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca ma wykonać płytę betonową pod zbiornik, panele ogrodzeniowe systemowe zbiornika H=120 cm i instalację pomiędzy zbiornikiem, a komorę oraz skrzynkę/szafkę elektryczną przy zbiorniku.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści inny przekrój rury łączącej kriokomorę ze zbiornikiem?

Uzasadnienie: Każdy producent kriokomory używa optymalnej średnicy rury zasilającej kriokomorę, którą dobiera tak, aby kriokomora była ekonomiczna i sprawnie działała, więc dobór odpowiedniej średnicy rury powinien być w gestii wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zainstalowanie rury zasilającej kriokomorę o odpowiednim przekroju, zgodnie z wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy. Rura zasilająca musi zapewniać prawidłowe działanie urządzenia.

Pytanie 5

Na udostępnionych projektach w kilku miejscach zamawiający używa sformułowania „ciekły azot” a w wymaganiach kriokomory jest jako gaz zasilający syntetyczne powietrze LAir (22% O₂ ±2% + 78%N₂ ±2%). Czy jest to omyłka pisarska?

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa była wykonana znacznie wcześniej niż dokumentacja przetargowa stąd różnica w nazewnictwie czynnika roboczego. Zamawiający potwierdza, że chodzi o gaz zasilający syntetyczne powietrze LAir (22% O₂ ±2% + 78%N₂ ±2%).



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kancelarz

Pytanie 6

Zamawiający udostępnił w postępowaniu wiele załączników z projektami na których wypisano wiele prac które należy wykonać, a które nie są związane z kriokomorą. Prosimy o wypisanie prac wchodzących w skład tego postępowania.

Odpowiedź:

Zakres prac związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia wraz z określeniem pomieszczeń został opisany w tabeli - Załączniku Nr III A.1 do SIWZ.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk