



Szczecin dnia 24.01.2017 roku

sygn. DZ-41-2018/PK

[bip.pum.edu.pl](http://bip.pum.edu.pl)

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, pn. „Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia do sali Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie” - DZ-262-02/2018.**

## MODYFIKACJA

### treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuje, że zostaje zmodyfikowana treść SIWZ w następującym zakresie:

- 1) W części I, §17, Zadanie nr I, ustęp 4 – „Parametry techniczne” o dotychczasowej treści:

PODKRYTERIA – tabela punktacji:

- 1) dla Zadania nr 1

Lp.	Komponent/Parametr	Wartość punktowa
1	Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnień dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci.	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt
2	Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 20.	Tak / Podać >25 – 10 pkt <25 – 0 pkt
3	Przekątna ekranu monitora min. 5”	Tak / Podać >5,5” – 10 pkt. <5,5” – 0 pkt.
4	Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 6 poziomów wzmocnienia od 0,25 do 4 cm/Mv.	Tak / Podać ≥8 poziomów – 10 pkt <8 poziomów 0 pkt

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

PODKRYTERIA – tabela punktacji:

2) dla Zadania nr 1

Lp.	Komponent/Parametr	Wartość punktowa
1	Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnień dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci.	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt
2	Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 20.	Tak / Podać $\geq 25$ – 10 pkt <25 – 0 pkt
3	Przekątna ekranu monitora min. 5”	Tak / Podać $\geq 5,5$ ” – 10 pkt. <5,5” – 0 pkt.
4	Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 6 poziomów wzmocnienia od 0,25 do 4 cm/Mv.	Tak / Podać $\geq 8$ poziomów – 10 pkt <8 poziomów 0 pkt

2) W związku z powyższym tabela w druku oferty otrzymuje następującą treść:

Lp.	Komponent/Parametr	Wartość punktowa	Uzyskana liczba punktów <i>(Podać wartość)</i>
<b>DEFIBRYLATOR</b>			
1.	Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnień dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci.	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt	
2.	Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 20.	Tak / Podać $\geq 25$ – 10 pkt <25 – 0 pkt	
3.	Przekątna ekranu monitora min. 5”	Tak / Podać $\geq 5,5$ ” – 10 pkt. <5,5” – 0 pkt.	
4.	Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 6 poziomów wzmocnienia od 0,25 do 4 cm/Mv.	Tak / Podać $\geq 8$ poziomów – 10 pkt <8 poziomów 0 pkt	

3) W załączniku III A do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

L. p.	Opis parametru	Parametr wymagany /Punktacja	Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr
<b>Nazwa i typ urządzenia.....</b> <b>Producent i kraj pochodzenia.....</b> <b>Rok produkcji 2017/2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe.</b>			
<b>I PARAMETRY OGÓLNE</b>			
7.	Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 20.	Tak / Podać ≥ 25 – 10 pkt. <25 – 0 pkt	
10.	Przekątna ekranu monitora min. 5”.	Tak / Podać ≥ 5,5” – 10 pkt. <5,5” – 0 pkt.	

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

KANCLERZ  
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Szczecinie  
*mgr inż. Jerzy Piwowarczyk*

**Załączniki:**

- 1) Załącznik III A dla zadania nr I po modyfikacji