



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Szczecin, dnia 01.02.2018 r.

sygn. DZ-64-2018/JK

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, na „Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” – DZ-262-07/2018.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIA DLA ZADANIA NR 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający, jako placówka medyczna, mająca pełne prawo wyposażania podległych jednostek w jak największą liczbę sprzętu medycznego, wymaga żeby zamrażarka była sklasyfikowana jako wyrób medyczny, co jest gwarancją najbardziej zaawansowanej technologii potwierdzonej spełnieniem najsurowszych norm przewidzianych dla tego typu urządzeń? (Deklaracja Zgodności z dyrektywami: 93/42/EEC dołączona do oferty przetargowej).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga by zamrażarka była sklasyfikowana jako wyrób medyczny.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki wyposażonej w wyświetlacz typu LED, umiejscowiony poniżej drzwi zewnętrznych urządzenia, co umożliwi podgląd temperatury wewnątrz zamrażarki w momencie otwarcia drzwi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje, w jakim miejscu ma znajdować się wyświetlacz LED. Zgodnie z załącznikiem IIIA do SIWZ pkt 12, zaoferowana zamrażarka ma posiadać „Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem typu LED”.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki, której układ chłodzenia przystosowany jest do pracy z naturalnymi, bezpiecznymi, węglowodorowymi czynnikami chłodniczymi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazuje powyższego wymogu dotyczącego czynników chłodniczych przedmiotowej zamrażarki.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności użytkowej wynoszącej 445 litrów oraz wysokości zewnętrznej 1991 mm, spełniającą pozostałe wymiary wymagane przez Zamawiającego? Jeśli wysokość podana w specyfikacji spowodowana jest ograniczeniami architektonicznymi, możemy Zamawiającemu przedstawić sposób wniesienia urządzenia. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takich parametrów zamrażarki. Użytkownik ma dokładnie określone parametry zamrażarki uwarunkowane transportem i miejscem, w którym będzie znajdowała się na stałe.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z izolacją hybrydową o grubości warstwy izolacyjnej komory 80 mm, wykonaną z systemu ultracienkich paneli próżniowych o grubości 25 mm w połączeniu z pianką PU o grubości 55 mm? Jest to jedna z najnowocześniejszych technologii na rynku, która pozwala na wysoką stabilność utrzymania temperatury wewnątrz zamrażarki. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową ze sterownikiem mikroprocesorowym z graficznym wyświetlaczem typu LCD? Zastosowanie tego typu wyświetlacza pozwala na czytelną i prostą obsługę zamrażarki. Zamawiający ma również możliwość podglądu zarejestrowanej temperatury za pomocą graficznego wykresu. Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienie jaką różnicę stanowi typ wyświetlacza.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Ponadto w przypadku pomieszczeń nasłonecznionych powstają utrudnienia w odczycie na wyświetlaczu. Wyświetlacze LED są energooszczędne i charakteryzują się dłuższą żywotnością w porównaniu z wyświetlaczami LCD.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o wadze 270 kg? Zaoferowana zamrażarka wyposażona jest w kółka jezdne, umożliwiające łatwe przetransportowanie urządzenia. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z zużyciem energii wynoszącym 13,68 kWh/dobę, z możliwością pracy w trybie ekonomicznym zmniejszającym zużycie energii o ok. 15% (tj. 11,63 kWh/dobę)? Urządzenia dostarczane są standardowo z fabrycznie ustawionym ekonomicznym trybem pracy. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Maksymalne zużycie zostało ustalone przez użytkownika na poziomie 10,00 kWh/dobę.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 322 litry? Dopuszczenie oferowanej zamrażarki będzie dla Zamawiającego parametrem korzystniejszym gdyż pozwoli na wystartowanie w postępowaniu większej liczbie oferentów zgodnie z zasadami konkurencyjności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o takim parametrze. Ze względu na zapotrzebowanie użytkownika co do ilości materiału przechowywanego w zamrażarkach, pojemność minimalna została ustalona na poziomie 330 litry.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o wymiarach zewnętrznych 765x 900x1985 mm (szer x gł x wys) ? Jeżeli nie proszę o argumentację jakie znaczenie dla Zamawiającego mają wymiary zewnętrzne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takich parametrów zamrażarki. Użytkownik ma dokładnie określone parametry zamrażarki uwarunkowane transportem i miejscem, w którym będzie znajdowała się na stałe. Wymiary są istotne przy transporcie zamrażarki do docelowego miejsca wyposażonego w bardzo wąskie pomieszczenia i wymiar gł. 900 i wys. 1985 będzie problematyczny.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej z drzwiczkami wewnętrznymi izolowanymi bez zamknięcia mechanicznego co pozwala na uniknięcie gromadzenia się lodu w zamku? Jeżeli nie proszę o argumentację.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamek mechaniczny w drzwiach wewnętrznych umożliwia ściśle przyleganie do komory zamrażarki, zapobiega utracie temperatury wewnątrz zamrażarki, dodatkowo jeśli powstaną oszronienia na drzwiach wewnętrznych, mechaniczne zamknięcie umożliwi zamykanie drzwiczek a domykanie nie będzie tak efektywne, ponieważ takie drzwiczki z oszronioną lub oblodzoną powierzchnią uniemożliwią zamknięcie.

Pytania nr 12

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę bez alarmu zanieczyszczenia filtra skraplacza? Czyszczenie skraplacza jest czynnością okresową leżącą po stronie użytkownika. Jeżeli nie proszę o argumentację.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. W związku z tym, że jest to okresowa czynność użytkownik musi być poinformowany przez sygnał alarmu zanieczyszczenia filtra skraplacza by ta czynność została wykonana w należyтым czasie, tym bardziej, że może dochodzić do zmian w składzie osobowym użytkownika.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić zamrażarkę ze średnim zużyciem energii 16,08 kWh/dobę i ustalenie tego parametru jako wartość graniczną podlegającą punktowaniu? opuszczenie oferowanej zamrażarki będzie dla Zamawiającego parametrem korzystniejszym gdyż pozwoli na wystartowanie w postępowaniu większej liczbie oferentów zgodnie z zasadami konkurencyjności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Maksymalne zużycie zostało ustalone przez użytkownika na poziomie 10,00 kWh/dobę.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie ocenianego terminu dostawy do 50 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający jako jednostka o charakterze medycznym wymaga by zamrażarka posiadała certyfikat medyczny zgodny z dyrektywą 93/42/EEC?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga by zamrażarka była sklasyfikowana jako wyrób medyczny.

PYTANIA DLA ZADANIA NR 2**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności użytkowej wynoszącej 570 litrów? Przy zachowaniu wymaganych wymiarów zewnętrznych oferujemy Zamawiającemu zamrażarkę o większej pojemności. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie powodu rezygnacji z powyższego rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową ze sterownikiem mikroprocesorowym z graficznym wyświetlaczem typu LCD? Zastosowanie tego typu wyświetlacza pozwala na czytelną i prostą obsługę zamrażarki. Zamawiający ma również możliwość podglądu zarejestrowanej temperatury za pomocą graficznego wykresu. Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienie jaką różnicę stanowi typ wyświetlacza.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Ponadto w przypadku pomieszczeń nasłonecznionych powstają utrudnienia w odczycie na wyświetlaczu. Wyświetlacze LED są energooszczędne i charakteryzują się dłuższą żywotnością w porównaniu z wyświetlaczami LCD.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z możliwością podłączenia do komputera za pomocą opcjonalnego interfejsu pozwalającego na archiwizowanie parametrów pracy? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymagał oprócz archiwizowania parametrów pracy poprzez opcjonalny interfejs, również możliwość pozwalającą na sterowanie zamrażarką.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z zużyciem energii wynoszącym 16,56 kWh/dobę, z możliwością pracy w trybie ekonomicznym zmniejszającym zużycie energii o ok. 15% (tj. 14,08 kWh/dobę)? Urządzenia dostarczane są standardowo z fabrycznie ustawionym ekonomicznym trybem pracy. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Maksymalne zużycie zostało ustalone przez użytkownika na poziomie 10,00 kWh/dobę.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową wyposażoną w 10 sztuk stelaży na 20 pudełek o wys. 5 cm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie wyłącznie w przypadku, gdy wnioskowane stelaże spełnią warunek z punktu 25 Załącznika IIIA do SIWZ tj. „Możliwość umieszczenia w zamrażarce co najmniej 330 szt. pudełek o wysokości 5 cm” oraz zmieszczą się w oferowanej zamrażarce. W takim przypadku Zamawiający dopuści przedmiotową ilość.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający jako placówka medyczna, mająca pełne prawo wyposażania podległych jednostek w jak największą liczbę sprzętu medycznego, wymaga żeby zamrażarka była sklasyfikowana jako wyrób medyczny, co jest gwarancją najbardziej zaawansowanej technologii potwierdzonej spełnieniem najsurowszych norm przewidzianych dla tego typu urządzeń? (Deklaracja Zgodności z dyrektywami: 93/42/EEC dołączona do oferty przetargowej).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga by zamrażarka posiadała certyfikat medyczny zgodny z dyrektywą 93/42/EEC w związku z jej wykorzystaniem w jednostce medycznej.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki wyposażonej w wyświetlacz typu LED, umiejscowionym w górnej części urządzenia, maksymalnie do 15 cm od górnej krawędzi urządzenia w celu poprawy widoczności wyświetlanych parametrów z każdego miejsca laboratorium?

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje, na jakiej wysokości ma znajdować się wyświetlacz LED. Zgodnie z załącznikiem IIIA do SIWZ pkt 12, zaoferowana zamrażarka ma posiadać „Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem typu LED”.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki niskotemperaturowej wyposażonej w system chłodzenia oleju, który obniża temperaturę wewnątrz kompresora co przekłada się na wydłużenie żywotności urządzenia nawet o 50%?

Odpowiedź:

Zamawiający ze względu na korzyści płynące z zastosowania systemu chłodzenia oleju, co znacznie wpływa na żywotność kompresora zamrażarki, wymaga przedmiotowej technologii w oferowanej zamrażarce.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z drzwiami zewnętrznymi zamykanymi na klucz bez możliwości założenia dodatkowej kłódki? Dopuszczenie oferowanej zamrażarki będzie dla Zamawiającego parametrem korzystniejszym gdyż pozwoli na wystartowanie w postępowaniu większej liczbie oferentów zgodnie z zasadami konkurencyjności. Jeżeli nie proszę o argumentację po co Zamawiającemu podwójne zamknięcie na klucz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z drzwiami zewnętrznymi zamykanymi na klucz bez możliwości założenia dodatkowej kłódki.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej z drzwiczkami wewnętrznymi izolowanymi bez zamknięcia mechanicznego co pozwala na uniknięcie gromadzenia się lodu w zamku? Jeżeli nie proszę o argumentację.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamek mechaniczny w drzwiach wewnętrznych umożliwia ściśle przyleganie do komory zamrażarki, zapobiega utracie temperatury wewnątrz zamrażarki, dodatkowo jeśli powstaną oszronienia na drzwiach wewnętrznych, mechaniczne zamknięcie umożliwi zamykanie drzwiczek a domykanie nie będzie tak efektywne, ponieważ takie drzwiczki z oszronioną lub oblodzoną powierzchnią uniemożliwią zamknięcie.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej z dużym ekranem LCD zamiast LED co jest parametrem korzystniejszym ze względu na lepszą czytelność oraz opcję komunikatów tekstowych? Jeżeli nie proszę o argumentację.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Ponadto w przypadku pomieszczeń nasłonecznionych powstają utrudnienia w odczycie na wyświetlaczu. Wyświetlacze LED są energooszczędne i charakteryzują się dłuższą żywotnością w porównaniu z wyświetlaczami LCD.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę bez alarmu zanieczyszczenia filtra skraplacza? Czyszczenie skraplacza jest czynnością okresową leżącą po stronie użytkownika. Jeżeli nie proszę o argumentację.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. W związku z tym, że jest to okresowa czynność użytkownik musi być poinformowany przez sygnał alarmu zanieczyszczenia filtra skraplacza by ta czynność została wykonana w należytych czasie, tym bardziej, że może dochodzić do zmian w składzie osobowym użytkownika.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić zamrażarkę ze średnim zużyciem energii 17,04 kWh/dobę i ustalenie tego parametru jako wartość graniczną podlegającą punktowaniu? opuszczenie oferowanej zamrażarki będzie dla Zamawiającego parametrem korzystniejszym gdyż pozwoli na wystartowanie w postępowaniu większej liczbie oferentów zgodnie z zasadami konkurencyjności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Maksymalne zużycie zostało ustalone przez użytkownika na poziomie 10,00 kWh/dobę.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie ocenianego terminu dostawy do 50 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający jako jednostka o charakterze medycznym wymaga by zamrażarka posiadała certyfikat medyczny zgodny z dyrektywą 93/42/EEC?

Zamawiający wymaga by zamrażarka posiadała certyfikat medyczny zgodny z dyrektywą 93/42/EEC w związku z jej wykorzystaniem w jednostce medycznej.

PYTANIE DO ZADANIA NR 1 ORAZ NR 2

Pytanie nr 31

Do zadania numer 1 zaproponować mogę zamrażarkę HAIER DW-86L388J, a do zadania nr 2 HAIER DW-86L578J. W załączniku przesyłam specyfikacje techniczne obu wyrobów.

W zadaniu nr I w punkcie 5) szerokość zewnętrzna zamrażarki HAIER DW-86L388J to 812, w punkcie 6) głębokość zewnętrzna to 893 mm, 7) wysokość zewnętrzna to 1980 mm? Pozostałe kryteria zamrażarka HAIER spełnia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zamrażarkę o szerokości zewnętrznej 812 mm, głębokości zewnętrznej 893 mm, natomiast wysokość musi być zgodna z punktem 7.

Pytanie nr 32

Oдноśnie zadania nr. 2 zamrażarka **DW-86L578J** posiada w punkcie 5) szerokość zewnętrzną 895 mm, a w 6) głębokość zewnętrzną 980 mm. Pozostałe parametry sprzęt spełnia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o podanych parametrach zewnętrznych.

Jednocześnie Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- 1) W załączniku nr III A do SIWZ (zad. II) do parametrów technicznych **dodane zostają niżej wymienione pozycje:**
 - a) 27 – o treści – „Zamrażarka wyposażona w system chłodzenia oleju, który obniża temperaturę wewnątrz kompresora”,
 - b) 28 – o treści – „Zamrażarka posiada certyfikat medyczny zgodny z dyrektywą 93/42/EEC (do wglądu przy odbiorze)”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego:

ZASTĘPCA KANCLERZA
ds. Administracyjnych
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr Andrzej Gajewski

Załączniki:

- 1) Załącznik nr III A (Zad II) – po zmianach.