



sygn. DZ-119-2018/PK

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: Zapytania: „Dostawa i montaż w budynku nr 6 na terenie SPSK-2 sprężarki powietrza klasy medycznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” – DZ-267-05/18

WYJAŚNIENIA treści Zapytania

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie niniejszym wyjaśnia treść zapytania:

Pytanie nr 1

Czy w pkt 8 wymagań:

„Wykonawca zapewni w czasie trwania rękoma nieodpłatne serwisy, przeglądy i naprawy dostarczonych urządzeń zgodnie z DTR (patrz punkt 10). W tym celu założy dziennik przeglądów i konserwacji z wykazem i czasookresem niezbędnych prac do wykonania, w którym będą też wpisywane wszelkie dokonywane czynności. Dziennik ma znajdować się w pomieszczeniu sprężarki i będzie własnością Zamawiającego”.

mają Państwo na myśli wliczone w okres również oprócz serwisów, przeglądów i napraw również części eksploatacyjne? To ma jednak spore znaczenie w cenie.

Odpowiedź:

Koszty materiałów eksploatacyjnych (zamiennych, np. filtry) pokrywa Zamawiający na podstawie faktur zakupowych bez dodatkowej marży (refaktura), których cena zakupu nie może być wyższa niż średnia rynkowa.

Materiały eksploatacyjne drobne, które Wykonawca zapewnia we własnym zakresie to m.in.:

- śruby, podkładki, nakrętki, zawleczki,
- czyściwa,
- smary, oleje, płyny eksploatacyjne do uzupełnienia poziomów (do 0,5 litra jednorazowo),
- taśmy, uszczelnienia, opaski zaciskowe,
- znaki i naklejki informacyjne,
- elektrody i lut.

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Krzysztof Goralski