

Szczecin , dnia 16.07.2018 r.

## Sygnatura 11-1-II+2018

**Dotyczy zapytania ofertowego nr 11-1/II+/2018. Dostawa materiałów i odczynników na potrzeby realizacji Minigrantu nr 11 pn. „Innowacyjny zestaw do pobierania krwi pępowinowej u wcześniaków”.**

### 1. Pytanie dot. Zadania nr 1:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przeciwciała mysiego skierowanego przeciwko ludzkiemu antygenowi CD34, izotyp Mouse BALB/c IgG<sub>1</sub>, κ, klon 8G12, RUO GMP (100 oznaczeń)?

Odpowiedź: tak

### Odpowiedź na pytanie nr 2

Pytanie: “Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 5 ust. 9 poprzez zmianę odsetek ustawowych na odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych?”.

Odpowiedź: “Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji i nie dokonuje zmian w tym zakresie”. Należy wskazać, iż konstrukcja przepisów prawnych jest taka, że w ten zapis na tle rodzaju transakcji pomiędzy stronami oznacza odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, gdyż inna strona nie mogła zastrzec, a w umowie nie zastrzeżono odsetek wyższych.

### Odpowiedź na pytanie nr 3

Pytanie: “Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 6 ust. 1.1 poprzez obniżenie wysokości kary umownej do 10 % wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części umowy jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy”.

Odpowiedź: „Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji i nie dokonuje zmian w tym zakresie”.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Pytanie: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 6 ust.1.2 poprzez zmianę ze słowa "opóźnienia" na "zwłoka".”.

Odpowiedź: „Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji i nie dokonuje zmian w tym zakresie”.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 5 oraz 6**

Pytania:

„Czy zamawiający dopuści możliwość złożenie oferty na przeciwciało posiadające certyfikat CE?”

„Czy zamawiający dopuści możliwość złożenie oferty na przeciwciało o następującym izotypie IgG1 Mouse?”

Odpowiedź: „Przeciwciało musi być wytwarzane zgodnie z normą GMP i musi być to izotyp Mouse BALB/c IgG1  $\kappa$  (brak zgody na proponowane zmiany)”

#### **Odpowiedź na pytanie 7**

Pytanie : „Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania nr 2 pozycji nr 1 w celu umożliwienia złożenia oferty cenowej?”

Odpowiedź: tak

#### **Odpowiedź na pytanie nr 8**

Pytanie : „Czy zamawiający dopuści możliwość złożenie oferty w pozycji 1 na produkt, który posiada następujący skład buforu: 1xPBS z 15mM azydkiem sodu?”

Odpowiedź: „Skład buforu musi dokładnie odpowiadać temu przedstawionemu w zapytaniu „

### **Odpowiedź na pytanie nr 9**

Pytanie : „Czy zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty w pozycji 2 na produkt o objętości 1-200  $\mu$ l?”

Odpowiedź: „Produkt musi odpowiadać temu opisanemu w zapytaniu - obj. 2-200  $\mu$ L”