

Szczecin, dnia 18.07.2018 r.

sygn. DZ-346-2018/IL

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, pn. „Dostawa symulatorów wysokiej wierności dla Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” – DZ-262-18/2018.

WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJE treści SIWZ

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, sala OIT poz. 32

ZAAWANSOWANY SYMULATOR PACJENTA DOROSŁEGO, SALA OIT - 1 sztuka
32. 12 odprowadzeniowy monitoring EKG za pomocą standardowego elektrokardiografu
Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności 12 odprowadzeniowy monitoring EKG za pomocą elektrokardiografu z zapisem na monitorze Pacjenta z możliwością jego wydruku? Nie ogranicza to zakresu symulacji a jednocześnie pozwala na przechowanie danych w formie elektronicznej na potrzeby debriefingu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. Standardowy elektrokardiograf służy do nauczania studentów pracy z urządzeniami, które spotkają po studiach w praktyce zawodowej – symulacja musi jak najbardziej odwzorować rzeczywiste warunki pracy lekarza, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego.

Pytanie nr 2 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, sala OIT dotyczy:

„Możliwość wykonania symulacji zawału serca i jego rozwoju poprzez blokadę wybranego naczynia serca w specjalnym edytorze”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności możliwość wyboru wykresu zawału serca? Pozostawienie parametru w tej formie wskazuje na jednego konkretnego Wykonawcę i blokuje konkurencję, co uniemożliwia złożenie oferty innym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. Standardowe wykresy zawału serca mają ograniczoną liczbę. Studenci będą ćwiczyć w grupach 6-osobowych- z reguły nie ma np., 6 różnych wykresów zawału ściany dolnej, a symulacja będzie prowadzona z rotowaniem studentów w różnych rolach w tym samym scenariuszu, w którym zmienna może stanowić właśnie wygląd zapisu ekg.

Pytanie nr 3 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, sala OIT, poz 34

dotyczy:

„Możliwość tworzenia własnych krzywych/rytmów w edytorze EKG”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności możliwość wyboru wykresu zawału serca? Pozostawienie parametru w tej formie wskazuje na jednego konkretnego Wykonawcę i blokuje konkurencję, co uniemożliwia złożenie oferty innym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. Standardowe wykresy zawału serca mają ograniczoną liczbę. Studenci będą ćwiczyć w grupach 6-osobowych- z reguły nie ma np., 6 różnych wykresów zawału ściany dolnej, a symulacja będzie prowadzona z rotowaniem studentów w różnych rolach w tym samym scenariuszu, w którym zmienna może stanowić właśnie wygląd zapisu ekg.

Pytanie nr 4 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, sala OIT, poz 37

Dotyczy:

„Wykrywalne nasycenie tlenem i pomiar przy użyciu realnego pulsoksymetru, bez żadnych dodatkowych urządzeń pośredniczących i podłączeń”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności wykrywanie nasycenia krwi tlenem przy pomocy realnie wyglądającego pulsoksymetru i pojawienie się wartości SpO2 na monitorze pacjenta dopiero po jego podłączeniu – takie rozwiązanie umożliwia symulację nawet jeżeli sprzęt nie jest dostępny i pozwala na zarejestrowanie wartości SpO2 oraz czasu jej zmierzenia na poczet debriefingu. Pozostawienie parametru w tej formie wskazuje na jednego konkretnego Wykonawcę i blokuje konkurencję, co uniemożliwia złożenie oferty innym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. Symulator współpracuje z wirtualnym monitorem pacjenta- i ta funkcja jest zbędna („pojawienie się wartości SpO2 na monitorze pacjenta dopiero po jego podłączeniu”). Studenci powinni pracować ze sprzętem,

który istnieje w rzeczywistości, a wszystkie typy symulatorów pozwalają na użycie prawdziwego pulsoksymetru.

Pytanie nr 5 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, sala OIT, poz 38, Zadanie 1

Dotyczy:

„Możliwość pomiaru ciśnienia zarówno metodą Korotkoffa jak i mankiem NIBP, z wykorzystaniem prawdziwych urządzeń do mierzenia ciśnienia (prawe ramię)”

Czy Zamawiający uzna za równoważną możliwość pomiaru ciśnienia zarówno metodą Korotkoffa jak i mankiem NIBP, z wykorzystaniem modyfikowanego mankietu do mierzenia ciśnienia na obu rękach? Z doświadczenia wiemy, iż pomiar realnym sprzętem parametrów symulatora jest niedokładny co może prowadzić do błędnej interpretacji stanu Pacjenta przez Ćwiczących. Proponowane przez nas rozwiązanie jest dokładniejsze i nie ogranicza się tylko do prawej kończyny górnej. Pozostawienie parametru w tej formie wskazuje na jednego konkretnego Wykonawcę i blokuje konkurencję, co uniemożliwia złożenie oferty innym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Symulator powinien współpracować ze sprzętem rzeczywistym, który studenci będą spotykać w pracy. Zamawiający dopuszcza możliwość pomiaru ciśnienia rzeczywistego mankiem do NIBP na dowolnej kończynie górnej.

W związku z tym Załącznik nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, Sala OIT, Zadanie I, Część 1a poz.56 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

38.	Możliwość pomiaru ciśnienia zarówno metodą Korotkoffa jak i mankiem NIBP, z wykorzystaniem prawdziwych urządzeń do mierzenia ciśnienia (prawe ramię). <i>Zamawiający dopuszcza możliwość pomiaru ciśnienia rzeczywistego mankiem do NIBP na dowolnej kończynie górnej.</i>	TAK/podać	
-----	--	-----------	--

Pytanie nr 6 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „ Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, sala OIT, poz 52

Dotyczy:

„Symulacja sinicy centralnej o różnym stopniu natężenia”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności symulację sinicy obwodowej o różnym stopniu natężenia? Dodatkowo oferujemy symulację sprawdzenia nawrotu kapilarnego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, sala OIT, poz 56

„Możliwość wysyłania na monitor pacjenta dowolnych plików dokumentacji medycznej – USG, CT, RTG, wyniki badań lab itd.”

Czy Zamawiający zmieni ten parametr na dodatkowo punktowany? Pozwoli to na złożenie większej liczby ofert.

Odpowiedź:

[Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.](#)

Pytanie nr 8 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Zaawansowany symulator kobiety rodzącej, sala porodowa, Zadanie I, Część 2a poz. 3

Dotyczy:

„Funkcja automatycznej transmisji parametrów rodzącego się płodu do symulatora noworodka wysokiej wierności w celu utrzymania ciągłości symulacji.”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności funkcję automatycznej zmiany parametrów rodzącego się płodu w oparciu o fizjologię w celu utrzymania ciągłości symulacji? Pozostawienie parametru w tej formie wskazuje na jednego konkretnego Wykonawcę i blokuje konkurencję, co uniemożliwia złożenie oferty innym wykonawcom.

Odpowiedź:

[Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.](#)

Pytanie nr 9 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator kobiety rodzącej, sala porodowa, Zadanie I, Część 2a poz. 4

Dotyczy:

„Funkcja całkowicie bezprzewodowej symulacji. Połączenie radiowe pomiędzy manekinem a komputerem sterującym jego pracą. Możliwość przewodowego połączenia symulatora ze sterownią za pomocą kabla.”

Czy Zamawiający zmieni zapis na: „Połączenie bezprzewodowe pomiędzy manekinem a komputerem sterującym jego pracą. Możliwość przewodowego połączenia symulatora ze sterownią za pomocą kabla.” Umożliwi to złożenie większej liczby ofert i nie będzie wskazywało na konkretnego wykonawcę.

Odpowiedź:

[Zamawiający nie wyraża zgody. Ze względu na to, że symulator porodowy będzie wykorzystywany w innych miejscach \(np. karetka\) musi istnieć możliwość pracy bez łączącego kabla.](#)

Pytanie nr 10 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Zaawansowany symulator kobiety rodzącej, sala porodowa, Zadanie I, Część 2a poz. 5

Dotyczy:

„Funkcja wykorzystania sprzętu medycznego do oceny tętna płodu, KTG, pomiaru saturacji tlenem, oscylometrycznego pomiaru ciśnienia, ręcznego pomiaru ciśnienia mankietem.”

Czy Zamawiający zmieni ten parametr na dodatkowo punktowany? Pozostawienie go w tej formie wskazuje na zakłócanie konkurencji i uniemożliwia złożenie ofert innym Wykonawcom

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

Pytanie nr 11 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator kobiety rodzącej, sala porodowa, Zadanie I, Część 2a poz. 5

Dotyczy:

„Minimum 8 godzin pracy bez konieczności doładowywania akumulatorów”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności minimum 4 godziny pracy bez konieczności doładowywania akumulatorów? Pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie wykonawców i uzyskanie konkurencyjnych cen.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. Z obecnych doświadczeń w prowadzeniu zajęć w dwóch grupach wynika, że nie ma możliwości ładowania akumulatora w trakcie zajęć.

Pytanie nr 12 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Zaawansowany symulator kobiety rodzącej, sala porodowa, Zadanie I, Część 2a poz. 14

Dotyczy:

„Trudne drogi oddechowe: skurcz krtani, obrzęk języka z możliwością programowania.”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności wywołanie niedrożności oskrzeli? Lub zmieni powyższy zapis na dodatkowo punktowany? Pozostawienie parametru w tej formie wskazuje na jednego konkretnego Wykonawcę i blokuje konkurencję, co uniemożliwia złożenie oferty innym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Brak możliwości sterowania obrzękiem języka wykluczy scenariusze anafilaksji i obrzęków Quincke’go - zjawiska częstego w praktyce medycznej.

Pytanie nr 13 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator kobiety rodzącej, sala porodowa, Zadanie I, Część 2a poz. 49

Dotyczy:

„Monitorowanie saturacji na lewym palcu wskazującym z wykorzystaniem pulsoksymetru lub czujnika napalcowego”

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru lub zmieni go na dodatkowo punktowany? Pozostawienie opisywanego parametru w tej formie wskazuje na zakłócanie konkurencji i uniemożliwia złożenie ofert innym Wykonawcom

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania realnego pulsoksymetru mierzącego saturację na dowolnym palcu obu kończyn górnych. W związku z tym Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji SIWZ:

- zmianie ulega Załącznik nr III A do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Zaawansowany symulator kobiety rodzącej, sala porodowa, Zadanie I, Część 2a poz. 49, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

49.	Monitorowanie saturacji na lewym palcu wskazującym z wykorzystaniem pulsoksymetru lub czujnika napalcowego . <i>Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania realnego pulsoksymetru mierzącego saturację na dowolnym palcu obu kończyn górnych.</i>	TAK/ <i>podać oferowany parametr:</i>	
-----	--	---------------------------------------	--

Pytanie nr 14 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator kobiety rodzącej, sala porodowa, Zadanie I, Część 2a poz. 51

„Oczy: Ruchy gałek ocznych oraz automatyczne wodzenie w poziomie i pionie, potrafiące symulować prawidłowe bądź nieprawidłowe ruchy gałek ocznych ilustrując: udar, uraz głowy, zażycie narkotyków, schorzenia, uszkodzenia nerwów czaszkowych i inne choroby oczu oraz ich stany w tym co najmniej: - zez: zez zbieżny i rozbieżny - oczopląs: drganie gałek ocznych - skurcz powiek: drganie powiek - opadanie powieki - poszerzone źrenice - anizokoria: nierówne wielkości źrenic - zgodne rozszerzenie źrenic w reakcji na światło Ponadto: - mrugające powieki o regulowanej częstotliwości - rozszerzanie i zwężanie źrenic o regulowanym czasie reakcji - automatyczna reakcja źrenic na światło - funkcja śledzenia wzrokiem - test akomodacji - zez - oczopląs - blefarospazm – ptoza.”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności oczu: ruchy gałek ocznych oraz automatyczne wodzenie w poziomie, potrafiące symulować prawidłowe bądź nieprawidłowe ruchy gałek ocznych ilustrując: udar, uraz głowy, zażycie narkotyków, schorzenia, uszkodzenia nerwów czaszkowych i inne choroby oczu oraz ich stany w tym co najmniej: - opadanie powieki - ptoza - żółtaczka - zaćma - krwotok - przekrwienie - poszerzone źrenice - anizokoria:

nierówne wielkości źrenic - zgodne rozszerzenie źrenic w reakcji na światło Ponadto: - mrugające powieki o regulowanej częstotliwości - rozszerzanie i zwężanie źrenic o regulowanym czasie reakcji - automatyczna reakcja źrenic na światło

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. W proponowanym przez Wykonawcę zestawie jest za mało możliwości ustawienia funkcji oczu.

Pytanie nr 15 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator kobiety rodzącej, sala porodowa, Zadanie I, Część 2a poz. 52

Dotyczy:

„Drgawki z możliwością ustawienia stopnia ich nasilenia (brak, średnie, silne)”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności możliwość włączenia lub wyłączenia drgawek wraz z symulacją epilepsji – szybkim mruganiem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 16 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator kobiety rodzącej, sala porodowa, Zadanie I, Część 2a poz. 61

Dotyczy:

„Opcja nagrywania własnych odgłosów i wykorzystywania ich w symulacji z opcją regulacji głośności.”

Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego parametru możliwość transmisji głosu i przeprowadzenie interaktywnej rozmowy z Pacjentem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 17 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator kobiety rodzącej, sala porodowa, Zadanie I, Część 2a poz. 62

Dotyczy:

System automatycznego rozpoznawania 40 leków wykrywający rodzaj leku i dawkę.

Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego parametru system podawania konkretnych leków z wyborem ich dawek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższą możliwość, pod warunkiem, że system określi podawanie minimum 40 leków.

Pytanie nr 18 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Zaawansowany symulator kobiety rodzącej, sala porodowa, Zadanie I, Część 2a poz. 63

Dotyczy:

„Funkcja definiowania własnych leków.”

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru lub zmieni go na dodatkowo punktowany? Pozostawienie parametru w tej formie wskazuje na jednego konkretnego Wykonawcę i blokuje konkurencję, co uniemożliwia złożenie oferty innym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 19 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator kobiety rodzącej, sala porodowa, Zadanie I, Część 2a poz. 68

Dotyczy:

Funkcja wstrzyknięć domięśniowych i podskórnych.

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru lub zmieni go na dodatkowo punktowany? Pozostawienie parametru w tej formie wskazuje na jednego konkretnego Wykonawcę i blokuje konkurencję, co uniemożliwia złożenie oferty innym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator kobiety rodzącej, sala porodowa, Zadanie I, Część 2a poz. 68

Dotyczy:

„Funkcja rejestracji podania leku w czopku doodbytniczym (odbyt z czujnikiem).”

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru lub zmieni go na dodatkowo punktowany? Pozostawienie parametru w tej formie wskazuje na jednego konkretnego Wykonawcę i blokuje konkurencję, co uniemożliwia złożenie oferty innym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 21 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Zaawansowany symulator kobiety rodzącej, sala porodowa, Zadanie I, Część 2a poz. 71

Dotyczy:

„Zestaw programowalnych strzykawkę z etykietkami do systemu wykrywania leków. – min. 20 szt.”

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru lub doda zapis „jeżeli ta funkcja została zaoferowana”? - umożliwi to złożenie ofert większej liczbie Wykonawców i uzyskanie konkurencyjnej ceny

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 22 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator kobiety rodzącej, sala porodowa, Zadanie I, Część 2a poz. 72

Dotyczy:

„Wkładka do znieczuleń zewnątrzoponowych – min. 1 szt.”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności port do znieczuleń zewnątrzoponowych umieszczony na stałe - nie jest to element zużywalny, przez co oszczędza koszty eksploatacji

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. W związku z tym Załącznik IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Zaawansowany symulator kobiety rodzącej, sala porodowa, Zadanie I, Część 2a poz. 72 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

72.	Wkładka do znieczuleń zewnątrzoponowych – min. 1 szt. <i>albo port do znieczuleń zewnątrzoponowych umieszczony na stałe</i>	TAK/ <i>Podać, proponowane rozwiązanie</i>	
-----	---	---	--

Pytanie nr 23 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Zaawansowany symulator kobiety rodzącej, sala porodowa, Zadanie I, Część 2a poz. 79

Dotyczy:

„Gładka skóra na całym ciele, bez widocznych połączeń.”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności gładką skórę na całym ciele ale z widocznymi połączeniami pomiędzy kończynami a torsem oraz prawie niezauważalnym zachodzeniem na siebie elementów powłok na kończynach? Takie rozwiązanie zapewnia większą mobilność i niweluje ryzyko pęknięcia jednolitej powłoki przy nadmiernym rozciągnięciu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższą możliwość.

Pytanie nr 24 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator kobiety rodzącej, sala porodowa, Zadanie I, Część 2a poz. 85

Dotyczy:

„Sinica centralna”

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru lub zmieni go na dodatkowo punktowany? umożliwi to złożenie ofert większej liczbie Wykonawców i uzyskanie konkurencyjnej ceny

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

Pytanie nr 25 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator kobiety rodzącej, sala porodowa, Zadanie I, Część 2a poz. 96

Dotyczy:

„Kątów nóg podczas rękoczynów McRoberts’a.”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności rejestrację faktu przeprowadzenia manewru McRoberts’a w logu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

Pytanie nr 26 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator kobiety rodzącej, sala porodowa, Zadanie I, Część 2a poz. 115

Dotyczy:

„Zestawy kroczy: a) prawidłowe krocze do symulowania krwotoków poporodowych b) element do ćwiczeń szycia krocza w linii środkowej c) element do ćwiczeń szycia krocza w linii środkowo-bocznej d) element do ćwiczeń szycia krocza 4 stopnia e) prawidłowe krocze umożliwiające przeprowadzenie badania ginekologicznego”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności zestawy kroczy: a) prawidłowe krocze do symulowania krwotoków poporodowych b) prawidłowe krocze umożliwiające przeprowadzenie badania ginekologicznego c) element do szycia krocza z możliwością jego dowolnego nacinania wraz ze stabilną podstawą jako oddzielny trener Umożliwi to oszczędność kosztów eksploatacji

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. W związku z tym Załącznik nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Zaawansowany symulator kobiety rodzącej, sala porodowa, Zadanie I, Część 2a poz. 115 otrzymuje nowe następujące brzmienie:



115.	<p>Zestawy kroczy:</p> <p>a) prawidłowe krocze do symulowania krwotoków poporodowych</p> <p>b) element do ćwiczeń szycia krocza w linii środkowej</p> <p>c) element do ćwiczeń szycia krocza w linii środkowo-bocznej</p> <p>d) element do ćwiczeń szycia krocza 4 stopnia</p> <p>e) prawidłowe krocze umożliwiające przeprowadzenie badania ginekologicznego</p> <p><i>albo:</i></p> <p>Zestawy kroczy:</p> <p>a) <i>prawidłowe krocze do symulowania krwotoków poporodowych</i></p> <p>b) <i>prawidłowe krocze umożliwiające przeprowadzenie badania ginekologicznego</i></p> <p>c) <i>element do szycia krocza z możliwością jego dowolnego nacinania wraz ze stabilną podstawą jako oddzielny trener</i></p>	<p>TAK /</p> <p><i>Podać zaoferowane zestawy kroczy:</i></p>	
------	--	--	--

Pytanie nr 27 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Zaawansowany symulator kobiety rodzącej, sala porodowa, Zadanie I, Część 2a poz. 117

Dotyczy:

„Mineralny lubrykant – min. 1 L”

Czy Zamawiający dopuści inny rodzaj lubrykantu – jeżeli jest rekomendowany przez producenta? Stosowanie innych niż rekomendowany może spowodować uszkodzenie symulatora. Pozostawienie parametru w tej formie wskazuje na jednego konkretnego Wykonawcę i blokuje konkurencję, co uniemożliwia złożenie oferty innym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. W związku z tym punkt 117 przedmiotowego załącznika otrzymuje nowe następujące brzmienie:

117.	<p>Mineralny lubrykant – min. 1 L <i>albo lubrykant rekomendowany przez producenta dla oferowanego symulatora</i></p>	<p>TAK /</p> <p><i>podać oferowany parametr</i></p>	
------	---	---	--

Pytanie nr 28 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, Sala blok operacyjny, Zadanie I, Część 3 poz. 32

Dotyczy:

„12 odprowadzeniowy monitoring EKG za pomocą standardowego elektrokardiografu”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności 12 odprowadzeniowy monitoring EKG za pomocą elektrokardiografu z zapisem na monitorze Pacjenta z możliwością jego wydruku? Nie ogranicza to zakresu symulacji a jednocześnie pozwala na przechowanie danych w formie elektronicznej na potrzeby debriefingu. Pozostawienie parametru w tej formie wskazuje na jednego konkretnego Wykonawcę i blokuje konkurencję, co uniemożliwia złożenie oferty innym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Standardowy elektrokardiograf służy do nauczania studentów pracy z urządzeniami, które spotkają po studiach w praktyce zawodowej- symulacja musi jak najbardziej odwzorować rzeczywiste warunki pracy lekarza, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego.

Pytanie nr 29 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, Sala blok operacyjny, Zadanie I, Część 3 poz. 33

Dotyczy:

„Możliwość wykonania symulacji zawału serca i jego rozwoju poprzez blokadę wybranego naczynia serca w specjalnym edytorze”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności symulację zawału serca poprzez blokadę wybranego naczynia serca w specjalnym edytorze w oprogramowaniu uzupełniającym? Pozostawienie parametru w tej formie wskazuje na jednego konkretnego Wykonawcę i blokuje konkurencję, co uniemożliwia złożenie oferty innym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. Standardowe wykresy zawału serca mają ograniczoną liczbę. Studenci będą ćwiczyć w grupach 6-osobowych- z reguły nie ma np., 6 różnych wykresów zawału ściany dolnej, a symulacja będzie prowadzona z rotowaniem studentów w różnych rolach w tym samym scenariuszu, w którym zmienna może stanowić właśnie wygląd zapisu ekg.

Pytanie nr 30 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, Sala blok operacyjny, Zadanie I, Część 3 poz. 34

Dotyczy:

„Możliwość tworzenia własnych krzywych/rytmów w edytorze EKG”

Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego parametru generowanie zapisu EKG na podstawie blokady wybranego naczynia serca w specjalnym edytorze w oprogramowaniu uzupełniającym? Pozostawienie parametru w tej formie wskazuje na jednego konkretnego Wykonawcę i blokuje konkurencję, co uniemożliwia złożenie oferty innym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. Standardowe wykresy zawału serca mają ograniczoną liczbę. Studenci będą ćwiczyć w grupach 6-osobowych- z reguły nie ma np., 6 różnych wykresów zawału ściany dolnej, a symulacja będzie prowadzona z rotowaniem studentów w różnych rolach w tym samym scenariuszu, w którym zmienna może stanowić właśnie wygląd zapisu ekg.

Pytanie nr 31 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, Sala blok operacyjny, Zadanie I, Część 3 poz. 37

Dotyczy:

Wykrywalne nasycenie tlenem i pomiar przy użyciu realnego pulsoksymetru, bez żadnych dodatkowych urządzeń pośredniczących i podłączeń

Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności wykrywanie nasycenia krwi tlenem przy pomocy realnie wyglądającego pulsoksymetru i pojawienie się wartości SpO2 na monitorze pacjenta dopiero po jego podłączeniu – takie rozwiązanie umożliwia symulację nawet jeżeli sprzęt nie jest dostępny i pozwala na zarejestrowanie wartości SpO2 oraz czasu jej zmierzenia na poczet debriefingu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Symulator współpracuje z wirtualnym monitorem pacjenta i ta funkcja jest zbędna („pojawienie się wartości SpO2 na monitorze pacjenta dopiero po jego podłączeniu”). Studenci powinni pracować ze sprzętem, który istnieje w rzeczywistości, a wszystkie typy symulatorów pozwalają na użycie prawdziwego pulsoksymetru.

Pytanie nr 32 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, Sala blok operacyjny, Zadanie I, Część 3 poz. 38

Dotyczy:

„Możliwość pomiaru ciśnienia zarówno metodą Korotkoffa jak i mankietem NIBP, z wykorzystaniem prawdziwych urządzeń do mierzenia ciśnienia (prawe ramię)”

Czy Zamawiający uzna za równoważną możliwość pomiaru ciśnienia zarówno metodą Korotkoffa jak i mankietem NIBP, z wykorzystaniem modyfikowanego mankieta do mierzenia ciśnienia na obu rękach? Z doświadczenia zakładamy, że pomiar realnym sprzętem jest niedokładny co może prowadzić do błędnej interpretacji stanu Pacjenta przez Ćwiczących. Proponowane przez nas rozwiązanie jest dokładniejsze i nie ogranicza się tylko do prawej kończyny górnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Symulator powinien współpracować ze sprzętem rzeczywistym, który studenci będą spotykać w pracy. Pomiar ciśnienia mankietem do NIBP rzeczywistym dopuszczamy na dowolnej kończynie górnej.

Pytanie nr 33 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, Sala blok operacyjny, Zadanie I, Część 3 poz. 52

Dotyczy:

„Symulacja sinicy centralnej o różnym stopniu natężenia”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności symulację sinicy obwodowej o różnym stopniu natężenia? Dodatkowo oferujemy symulację sprawdzenia nawrotu kapilarnego

Odpowiedź:

[Zamawiający nie wyraża zgodny na proponowane rozwiązanie.](#)

Pytanie nr 34 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, Sala blok operacyjny, Zadanie I, Część 3 poz. 56

Dotyczy:

„Możliwość wysyłania na monitor pacjenta dowolnych plików dokumentacji medycznej – USG, CT, RTG, wyniki badań lab itd.”

Czy Zamawiający zmieni ten parametr na dodatkowo punktowany? Pozwoli to na złożenie większej liczby ofert.

Odpowiedź:

[Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ](#)

Pytanie nr 35 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator dziecka 5-8 lat, Sala OIT, Zadanie I, Część 1B poz. 8

Dotyczy:

„Zasilanie symulatora z baterii akumulatorów oraz zasilacza 230V, 50Hz”

Czy Zamawiający uzna ten parametr za spełniony w przypadku złożenia oferty na przewodowy symulator, który nie posiada baterii?

Odpowiedź:

[Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.](#)

Pytanie nr 36 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator dziecka 5-8 lat, Sala OIT, Zadanie I, Część 1B poz. 9

„Czas ciągłej pracy symulatora bez konieczności ładowania oraz wymiany akumulatorów ≥ 2 godziny”

Czy Zamawiający uzna ten parametr za spełniony w przypadku złożenia oferty na przewodowy symulator, który nie posiada baterii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 36 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator dziecka 5-8 lat, Sala OIT, Zadanie I, Część 1B poz. 12

Dotyczy:

„Możliwość nagrywania własnych odgłosów „pacjenta” w dowolnym języku.

Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego parametru możliwość transmisji głosu i przeprowadzenie interaktywnej rozmowy z Pacjentem?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 37 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator dziecka 5-8 lat, Sala OIT, Zadanie I, Część 1B poz. 16

Dotyczy:

„Automatyczna reakcja źrenic na światło”

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie zgodności rozwiązanie polegające na symulacji zwężonych, prawidłowych lub rozszerzonych źrenic?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 38 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator dziecka 5-8 lat, Sala OIT, Zadanie I, Część 1B poz. 40

Dotyczy:

„Symulacja drgawek”

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru lub zmieni go na punktowany dodatkowo? Pozostawienie zapisu w tej formie sugeruje na zakłócanie konkurencji i uniemożliwia złożenie ofert innym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wiele scenariuszy pediatrycznych zawiera występowanie drgawek- brak parametru ograniczy możliwość dydaktyki pediatrycznej.

Pytanie nr 39 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator dziecka 5-8 lat, Sala OIT, Zadanie I, Część 1B poz. 42

Dotyczy:

„Symulacja sinicy”

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru lub zmieni go na punktowany dodatkowo? Pozostawienie zapisu w tej formie sugeruje na zakłócanie konkukartamultisport.pl/rencji i uniemożliwia złożenie ofert innym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotowe rozwiązanie. Wiele scenariuszy pediatrycznych zawiera występowanie sinicy – brak tego parametru ograniczy możliwość dydaktyki pediatrycznej.

Pytanie nr 40 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator dziecka 5-8 lat, Sala OIT,

Zadanie I, Część 1B poz. 47

Dotyczy:

„Możliwość wysyłania na monitor pacjenta dowolnych plików dokumentacji medycznej – USG, CT, RTG, wyniki badań laboratoryjnych itd.”

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru lub zmieni go na punktowany dodatkowo? Pozostawienie zapisu w tej formie sugeruje na zakłócanie konkurencji i uniemożliwia złożenie ofert innym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 41 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator dziecka 5-8 lat, Sala OIT,

Zadanie I, Część 1B poz. 61 h

dotyczy:

„Funkcja bezpośredniego wysłania z oprogramowania sterującego symulatorem na ekran monitora obrazów takich jak obrazy z USG, skany TK, wyniki laboratoryjne”

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru lub zmieni go na punktowany dodatkowo? Pozostawienie zapisu w tej formie sugeruje na zakłócanie konkurencji i uniemożliwia złożenie ofert innym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 42 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator niemowlęcia, Sala OIT, Zadanie I, Część 1C poz. 1

Dotyczy:

„Bezprzewodowy symulator niemowlęcia do szkoleń lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz ratowników, kontrolowany za pomocą komputera/tabletu instruktora”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności przewodowy symulator niemowlęcia do szkoleń lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz ratowników, kontrolowany za pomocą komputera/tabletu instruktora? W przypadku odmowy, czy Zamawiający zmieni ten parametr na dodatkowo punktowany? Umożliwi to złożenie ofert innym Wykonawcom i uzyskanie konkurencyjnej ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza przedmiotowego rozwiązania z uwagi na fakt, iż część symulacji będzie odbywała się np. w karetkce.

Pytanie nr 43 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator niemowlęcia, Sala OIT, Zadanie I, Część 1C poz. 3

Dotyczy:

„Pełna mobilność – zasilanie bateryjne bez podłączania na czas ćwiczeń zewnętrznych kompresorów, czy przejściówek i czujników”

Czy Zamawiający uzna ten parametr za spełniony jeżeli zostanie zaoferowany symulator przewodowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza przedmiotowego rozwiązania z uwagi na fakt, iż część symulacji będzie odbywała się np. w karetkce.

Pytanie nr 44 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator niemowlęcia, Sala OIT, Zadanie I, Część 1C poz. 4

Dotyczy:

„Zasięg bezprzewodowy min. 30 m”

Czy Zamawiający uzna ten parametr za spełniony jeżeli zostanie zaoferowany symulator przewodowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza przedmiotowego rozwiązania z uwagi na fakt, iż część symulacji będzie odbywała się np. w karetkce.

Pytanie nr 45 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator niemowlęcia, Sala OIT, Zadanie I, Część 1C poz. 5

Dotyczy:

„Ciągła praca symulatora bez konieczności ładowania/wymiany akumulatorów min. 8 godz.”

Czy Zamawiający uzna ten parametr za spełniony jeżeli zostanie zaoferowany symulator przewodowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza przedmiotowego rozwiązania z uwagi na fakt, iż część symulacji będzie odbywała się np. w karetkce.

Pytanie nr 46 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator niemowlęcia, Sala OIT, Zadanie I, Część 1C poz.12

Dotyczy:

„Możliwość definiowania nowych leków i reakcji na ich podawanie”

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru lub zmieni go na dodatkowo punktowany? Pozostawienie zapisu w tej formie sugeruje zakłócanie konkurencji i uniemożliwia złożenie ofert innym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Zaawansowany symulator niemowlęcia, Sala OIT, Zadanie I, Część 1C poz.13

Dotyczy:

„Delikatna skóra na całym ciele , bezszwowy korpus i pokryte skórą stawy kończyn”

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru lub zmieni go na dodatkowo punktowany? Pozostawienie zapisu w tej formie sugeruje zakłócanie konkurencji i uniemożliwia złożenie ofert innym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji SIWZ. W związku z tym Załącznik nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Zaawansowany symulator niemowlęcia, Sala OIT, Zadanie I, Część 1C poz.13 otrzymuje nowe następujące brzmienie:



13.	Delikatna skóra na całym ciele , bezszwowy korpus i pokryte skórą stawy kończyn. <i>Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowanie urządzenia posiadającego połączenia między kończynami, a torsem i nad stawami.</i>	TAK <i>Wskazać jaki parametr oferuje Wykonawca</i>	
-----	--	---	--

Pytanie nr 48 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Zaawansowany symulator niemowlęcia, Sala OIT, Zadanie I, Część 1C poz.15

Dotyczy:

„Pronacja i supinacja przedramienia”

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru lub zmieni go na dodatkowo punktowany? Pozostawienie zapisu w tej formie sugeruje zakłócanie konkurencji i uniemożliwia złożenie ofert innym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie przez Wykonawcę symulatora bez przedmiotowego parametru. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania czy oferowane urządzenie posiada pożądaną funkcję. W związku z tym Załącznik nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Zaawansowany symulator niemowlęcia, Sala OIT, Zadanie I, Część 1C poz.15 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

15.	Pronacja i supinacja przedramienia. <i>Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowanie urządzenia nie posiadającego pożądanego parametru. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania, czy oferowane urządzenie posiada przedmiotową funkcję.</i>	TAK/NIE <i>Niepotrzebne skreślić</i> <i>Wskazać czy Wykonawca oferuje przedmiotowy parametr</i>	
-----	---	---	--

Pytanie nr 49 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator niemowlęcia, Sala OIT, Zadanie I, Część 1C poz.17

Dotyczy:

„Programowalne dźwięki płaczu /chrząkania z realistycznym ruchem ust”

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru lub zmieni go na dodatkowo punktowany? Pozostawienie zapisu w tej formie sugeruje zakłócanie konkurencji i uniemożliwia złożenie ofert innym wykonawcom

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Studenci uczą się oceny noworodka w skali Abgar, a bez przedmiotowego parametru byłoby to niemożliwe.

Pytanie nr 50 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator niemowlęcia, Sala OIT, Zadanie I, Część 1C poz.19

Dotyczy:

„Programowalne napięcie mięśniowe: aktywny, ograniczony ruch oraz wiotki”

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru lub zmieni go na dodatkowo punktowany? Pozostawienie zapisu w tej formie sugeruje zakłócanie konkurencji i uniemożliwia złożenie ofert innym wykonawcom

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Studenci uczą się oceny noworodka w skali Abgar, a bez przedmiotowego parametru byłoby to niemożliwe.

Pytanie nr 51 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator niemowlęcia, Sala OIT, Zadanie I, Część 1C poz.20

Dotyczy:

Programowalne drgawki, drżenia jedno- i dwustronne

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru lub zmieni go na dodatkowo punktowany? Pozostawienie zapisu w tej formie sugeruje zakłócanie konkurencji i uniemożliwia złożenie ofert innym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wiele scenariuszy pediatrycznych zawiera występowanie drgawek. Brak tego parametru ograniczy możliwość dydaktyki pediatrycznej.

Pytanie nr 52 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator niemowlęcia, Sala OIT, Zadanie I, Część 1C poz.27

Dotyczy:

„Odchylenie w tył głowy skutkuje zamknięciem dróg oddechowych, rejestracja tego faktu w dzienniku zdarzeń”

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru lub zmieni go na dodatkowo punktowany? Pozostawienie zapisu w tej formie sugeruje zakłócanie konkurencji i uniemożliwia złożenie ofert innym wykonawcom

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 53 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno -użytkowych”, Zaawansowany symulator niemowlęcia, Sala OIT, Zadanie I, Część 1C poz.45

Dotyczy:

„Emisja CO₂ w wydychanym powietrzu”

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru lub zmieni go na dodatkowo punktowany? Pozostawienie zapisu w tej formie sugeruje zakłócanie konkurencji i uniemożliwia złożenie ofert innym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę symulatora bez przedmiotowego parametru. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania czy oferowane urządzenie posiada pożądaną funkcję. W związku z tym Załącznik nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Zaawansowany symulator niemowlęcia, Sala OIT, Zadanie I, Część 1C poz.45 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

45.	Emisja CO ₂ w wydychanym powietrzu. <i>Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowanie urządzenia nie posiadającego pożądanego parametru. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania, czy oferowane urządzenie posiada przedmiotową funkcję.</i>	TAK/NIE <i>Niepotrzebne skreślić</i>	<i>Wskazać czy Wykonawca oferuje przedmiotowy parametr</i>
-----	---	---	--

Pytanie nr 54 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator niemowlęcia, Sala OIT, Zadanie I, Część 1C poz.50

Dotyczy:

„eCPR™ zaimplementowany interaktywny monitor i trener resuscytacji pozwalający na bieżąco oceniać jakość uciśnień I wentylacji. Zawierający funkcje werbalnych wskazówek i pozwalający na wydruk stosownego raportu z działań w obszarze RKO.”

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru lub zmieni go na dodatkowo punktowany? Pozostawienie zapisu w tej formie sugeruje zakłócanie konkurencji i uniemożliwia złożenie ofert innym wykonawcom

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę. Przedmiotowy parametr jest niezbędny do prowadzenia kontroli jakości wykonania RKO.

Pytanie nr 55 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno -użytkowych”, Zaawansowany symulator niemowlęcia, Sala OIT, Zadanie I, Część 1C poz. 52

Dotyczy:

„Możliwość zakładania wkłuc dożylnych: ręka, głowa, pępowina”

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru lub zmieni go na dodatkowo punktowany? Pozostawienie zapisu w tej formie sugeruje zakłócanie konkurencji i uniemożliwia złożenie ofert innym wykonawcom

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę symulatora bez przedmiotowego parametru. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania czy oferowane urządzenie posiada pożądaną funkcję. W związku z tym Załącznik nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Zaawansowany symulator niemowlęcia, Sala OIT, Zadanie I, Część 1C poz.52 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

52.	Możliwość zakładania wkłuc dożylnych: ręka, głowa, pępowina. <i>Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowanie urządzenia nie posiadającego pożądanego parametru. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania, czy oferowane urządzenie posiada przedmiotową funkcję.</i>	TAK/NIE <i>Niepotrzebne skreślić Wskazać czy Wykonawca oferuje przedmiotowy parametr</i>	
-----	--	---	--

Pytanie nr 53 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator niemowlęcia, Sala OIT, Zadanie I, Część 1C poz. 53

Dotyczy:

„Obustronne miejsca na piszczelach do wkłuc I/O

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności jednostronne wkłucia doszpikowe z zapasem elementów zużywalnych?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. W związku z tym Załącznik nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Zaawansowany symulator niemowlęcia, Sala OIT, Zadanie I, Część 1C poz.53 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

53.	Obustronne miejsca na piszczelach do wkłuc I/O, <i>albo jednostronne wkłucia doszpikowe z zapasem elementów zużywalnych</i>	TAK <i>podać oferowany parametr</i>	
-----	---	-------------------------------------	--

Pytanie nr 54 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator niemowlęcia, Sala OIT, Zadanie I, Część 1C poz. 56

Dotyczy:

„Fala tętna zsynchronizowana z zapisem EKG, wyczuwalna na pępowinie, tętnicach ramiennej i ciemiaczku”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności falę tętna zsynchronizowaną z zapisem EKG, wyczuwalną na tętnicach ramiennej i udowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 55 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator niemowlęcia, Sala OIT, Zadanie I, Część 1C poz. 57

Dotyczy:

„Możliwość badania czasu nawrotu kapilarnego na lewej stopie wraz z detekcją i zapisem w dzienniku zdarzeń”

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru lub zmieni go na dodatkowo punktowany? Pozostawienie zapisu w tej formie sugeruje zakłócanie konkurencji i uniemożliwia złożenie ofert innym wykonawcom

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający dopuszcza zaoferowania przedmiotowego parametru z możliwością badania czasu nawrotu kapilarnego na dowolnym miejscu tj. na dowolnej kończynie lub mostku wraz z detekcją i zapisem w dzienniku zdarzeń. W związku z tym Załącznik nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Zaawansowany symulator niemowlęcia, Sala OIT, Zadanie I, Część 1C poz.57 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

57.	Możliwość badania czasu nawrotu kapilarnego na lewej stopie wraz z detekcją i zapisem w dzienniku zdarzeń. <i>Zamawiający dopuszcza zaoferowania przedmiotowego parametru z możliwością badania czasu nawrotu kapilarnego na dowolnym miejscu tj. na dowolnej kończynie lub mostku wraz z detekcją i zapisem w dzienniku zdarzeń</i>	TAK/ <i>Wskazać jaki parametr</i> <i>Oferuje wykonawca</i>	
-----	--	--	--

Pytanie nr 56 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator niemowlęcia, Sala OIT, Zadanie I, Część 1C poz. 59

Dotyczy:

„Monitorowanie SpO2 na prawej ręce i prawej stopie z wykorzystaniem prawdziwych urządzeń”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności symulowanie monitorowania SpO2 na prawej ręce i prawej stopie z zapisem wartości na monitorze pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. Symulator współpracuje z wirtualnym monitorem pacjenta- i ta funkcja jest zbędna . Studenci powinni pracować ze sprzętem , który istnieje w rzeczywistości, a wszystkie typy symulatorów pozwalają na użycie prawdziwego pulsoksymetru.

Pytanie nr 57 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator niemowlęcia, Sala OIT, Zadanie I, Część 1C poz. 60

Dotyczy:

„Utlenuwanie krwi przed i po odejściu przewodu tętniczego podlegające monitorowaniu”

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru lub zmieni go na dodatkowo punktowany? Pozostawienie zapisu w tej formie sugeruje zakłócanie konkurencji i uniemożliwia złożenie ofert innym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 58 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zaawansowany symulator niemowlęcia, Sala OIT, Zadanie I, Część 1C poz. 61

Dotyczy:

Możliwość wywołania objawów sinicy, żółtaczki, blednięcia, zaczerwienienia o regulowanej skali objawów”

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru lub zmieni go na dodatkowo punktowany? Pozostawienie zapisu w tej formie sugeruje zakłócanie konkurencji i uniemożliwia złożenie ofert innym wykonawcom

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 59 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, System debriefingu, Sala OIT, Zadanie I, poz. 11

Dotyczy:

„Możliwość eksportowania jednej lub wielu kompletnych sesji symulacyjnych zawierających zarejestrowany dźwięk, wideo, adnotacje, dane symulatora, na przenośne nośniki danych oraz ich lokalnego odtwarzania na dowolnym komputerze poprzez przeglądarkę internetową, bez żadnego połączenia sieciowego z systemem, bez konieczności logowania się i podawania hasła. Wygląd interfejsu użytkownika ma być identyczny z zamawianym systemem. Odtwarzane w ten sposób sesje umożliwiać mają co najmniej zmianę widoku kamer, układu

interfejsu, wyświetlanie trendów, dziennika zdarzeń symulatora, zatrzymywanie oraz przewijanie nagrań.”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności możliwość po prostu eksportowania plików wideo wraz z dźwiękiem, które można odtwarzać na dowolnym komputerze?

Odpowiedź:

[Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.](#)

Pytanie nr 60 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, System debriefingu, Sala Porodowa, Zadanie I, poz. 11

Dotyczy:

„Możliwość eksportowania jednej lub wielu kompletnych sesji symulacyjnych zawierających zarejestrowany dźwięk, wideo, adnotacje, dane symulatora, na przenośne nośniki danych oraz ich lokalnego odtwarzania na dowolnym komputerze poprzez przeglądarkę internetową, bez żadnego połączenia sieciowego z systemem, bez konieczności logowania się i podawania hasła. Wygląd interfejsu użytkownika ma być identyczny z zamawianym systemem. Odtwarzane w ten sposób sesje umożliwiać mają co najmniej zmianę widoku kamer, układu interfejsu, wyświetlanie trendów, dziennika zdarzeń symulatora, zatrzymywanie oraz przewijanie nagrań.”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności możliwość po prostu eksportowania plików wideo wraz z dźwiękiem, które można odtwarzać na dowolnym komputerze?

Odpowiedź:

[Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.](#)

Pytanie nr 61 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, System debriefingu, Blok Operacyjny, Zadanie I, poz. 11

Dotyczy:

„Możliwość eksportowania jednej lub wielu kompletnych sesji symulacyjnych zawierających zarejestrowany dźwięk, wideo, adnotacje, dane symulatora, na przenośne nośniki danych oraz ich lokalnego odtwarzania na dowolnym komputerze poprzez przeglądarkę internetową, bez żadnego połączenia sieciowego z systemem, bez konieczności logowania się i podawania hasła. Wygląd interfejsu użytkownika ma być identyczny z zamawianym systemem. Odtwarzane w ten sposób sesje umożliwiać mają co najmniej zmianę widoku kamer, układu interfejsu, wyświetlanie trendów, dziennika zdarzeń symulatora, zatrzymywanie oraz przewijanie nagrań.”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności możliwość po prostu eksportowania plików wideo wraz z dźwiękiem, które można odtwarzać na dowolnym komputerze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 62 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Symulator pacjenta dorosłego i symulatora – usg debriefing, Sala pielęgniarska Zadanie II, poz. 9

Dotyczy:

„Funkcje pocenia, ślinienia, łzawienia oraz wypływu płynu z uszu i oczu.”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności funkcje ślinienia, łzawienia i wypływu płynu z oczu? Lub zmieni ten parametr jako dodatkowo punktowany? Pozostawienie tego parametru wskazuje na konkretnego wykonawcę, narusza konkurencję i uniemożliwia złożenie ofert innym firmom.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia, który w zakresie przedmiotowej pozycji posiada minimum funkcje ślinienia, łzawienia i wypływu płynu z oczu? W związku z tym Załącznik nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Symulator pacjenta dorosłego i symulatora usg debriefing, Sala pielęgniarska Zadanie II, poz. 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

9	Funkcje pocenia, ślinienia, łzawienia oraz wypływu płynu z uszu i oczu. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu posiadającego funkcje minimum: ślinienia, łzawienia i wypływu płynu z oczu.	TAK/ <i>Podać jaki parametr został zaoferowany:</i>	
---	--	---	--

Pytanie nr 63 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Symulator pacjenta dorosłego i symulatora – usg debriefing, Sala pielęgniarska Zadanie II, poz. 21

Dotyczy:

„Możliwość wywołania szczękoscisku”

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru lub zmieni go na dodatkowo punktowany? Pozostawienia tego parametru wskazuje na konkretnego producenta i uniemożliwia złożenia oferty innym Wykonawcom

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie

Pytanie nr 64 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Symulator pacjenta dorosłego i symulatora – usg debriefing, Sala pielęgniarska Zadanie II, poz. 24

Dotyczy:

„Możliwość ograniczenia zakresu ruchów szyi.”

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru lub zmieni go na dodatkowo punktowany? Pozostawienia tego parametru wskazuje na konkretnego producenta i uniemożliwia złożenia oferty innym Wykonawcom

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 65 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Symulator pacjenta dorosłego i symulatora – usg debriefing, Sala pielęgniarska Zadanie II, poz. 31

Dotyczy:

„Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 0–180/min.”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności zakres regulacji tętna 30-220/min? Pozostawienie tego parametru wskazuje na konkretnego wykonawcę, narusza konkurencję i uniemożliwia złożenie ofert innym firmom.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje obowiązek zaoferowania pomiaru w przedziale 0-30/min oraz dopuszcza zaoferowanie pomiaru w wymiarze do 220. W związku z tym Załącznik nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Symulator pacjenta dorosłego i symulatora usg debriefing, Sala pielęgniarska Zadanie II, poz. 31 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

31	Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 0-180/min. <i>Najniższy dolny parametr wynosi 0. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pomiaru w wymiarze do 220,</i>	TAK	
----	--	-----	--

Pytanie nr 66 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Symulator pacjenta dorosłego i symulatora – usg debriefing, Sala pielęgniarska Zadanie II, poz. 32

„32. Możliwość generowania minimum trzech rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG”

Czy Zamawiający zmieni zapis na: Możliwość generowania różnych rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG TAK Punktacja: 1 rodzaj skurczów – 0 pkt., 3 rodzaje skurczów – 1 pkt., powyżej 3 rodzajów skurczów – 2 pkt.

Pozostawienie tego parametru wskazuje na konkretnego wykonawcę, narusza konkurencję i uniemożliwia złożenie ofert innym firmom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 67 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Symulator pacjenta dorosłego i symulatora – usg debriefing, Sala pielęgniarska Zadanie II, poz. 33

Dotyczy:

„Możliwość generowania minimum dwóch rodzajów artefaktów w zapisie EKG”

Czy Zamawiający zmieni zapis na punktowany? Propozycja poniżej: Możliwość generowania artefaktów w zapisie EKG Punktacja: brak – 0 pkt., min. 2 rodzaje artefaktów – 1 pkt. Pozostawienie tego parametru wskazuje na konkretnego wykonawcę, narusza konkurencję i uniemożliwia złożenie ofert innym firmom.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonuje następujących modyfikacji SIWZ:

1. Załącznik nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, Symulator pacjenta dorosłego i symulatora – usg debriefing, Sala pielęgniarska Zadanie II, poz. 33 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

33	Możliwość generowania minimum dwóch rodzajów artefaktów w zapisie EKG	TAK Punktacja: min. 2 rodzaje artefaktów brak – 0 pkt., 3 rodzaje artefaktów – 1 pkt.	
----	--	---	--

2. Załącznik nr III D do SIWZ – „Załącznik nr III D do SIWZ –Zestawienie parametrów technicznych podlegających ocenie – Zadanie nr II poz. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1.	Możliwość generowania minimum dwóch rodzajów artefaktów w zapisie EKG min. 2 rodzaje artefaktów brak – 0 pkt., 3 rodzaje artefaktów – 1 pkt	
----	--	--

Pytanie nr 68 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Symulator pacjenta dorosłego i symulatora – usg debriefing, Sala pielęgniarska Zadanie II, poz. 51

Dotyczy:

„Dostęp do żyły dołu łokciowego z automatycznym rozpoznawaniem rodzaju i dawki podanego leku oraz fizjologiczną reakcją na podane leki i ich dawki. W komplecie wymienne zużywalne elementy w ilości 4 sztuk każdego elementu w przypadku, jeżeli funkcja została zaoferowana”

Czy Zamawiający zmieni zapis na dodatkowo punktowany? Propozycja poniżej: Dostęp do żyły dołu łokciowego z możliwością podawania leków. Symulator rozpoznaje rodzaj i dawkę leku poprzez oprogramowanie lub automatyczną detekcję i odpowiada fizjologicznie na podane leki W komplecie wymienne zużywalne Punktacja za automatyczne rozpoznawanie: rozpoznawanie leku poprzez oprogramowanie – 0 pkt., automatyczne rozpoznanie elementy w ilości 4 sztuk każdego elementu w przypadku, jeżeli funkcja została zaoferowana rodzaju i

dawki leku – 5 pkt., Fizjologiczna reakcja na podanie leku – 10 pkt. Pozostawienie tego parametru wskazuje na konkretnego wykonawcę, narusza konkurencję i uniemożliwia złożenie ofert innym firmom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 69 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, SYSTEM DEBRIEFINGU - SALA PIELEŃNIARSKA - 1 STANOWISKO, Zadanie II, poz. 3

Dotyczy:

„SERWER VIDEO: pojemność użytkowa dysków twardych – minimum 1 TB; minimum 1 wyjście Ethernet LAN; karta WiFi 2,4 i 5 GHz, klawiatura; mysz; możliwość jednoczesnego nagrywania obrazu z minimum 4 kamer oraz minimum 1 monitora pacjenta”

Czy Zamawiający uzna jako równoważny opis parametru: „SERWER VIDEO: pojemność użytkowa dysków twardych – minimum 1 TB; minimum 1 wyjście Ethernet LAN; karta WiFi 2,4 GHz, klawiatura; mysz; możliwość jednoczesnego nagrywania obrazu z minimum 4 kamer oraz minimum 1 monitora pacjenta”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie z uwagi na fakt, iż wymagany

Pytanie nr 70 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, SYSTEM DEBRIEFINGU - SALA PIELEŃNIARSKA - 1 STANOWISKO, Zadanie II, poz. 10

Dotyczy:

„Możliwość regulacji prędkości odtwarzania sesji do przodu i do tyłu”

Czy Zamawiający uzna za równoważny zapis: „Możliwość wyboru momentu odtwarzania sesji do przodu i do tyłu?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym Załącznik nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, System debriefingu – Sala Pielęgniarska – 1 szt, Zadanie II, poz. 10 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

10	Możliwość regulacji prędkości odtwarzania sesji do przodu i do tyłu <i>albo</i> <i>Możliwość wyboru momentu odtwarzania sesji do przodu i do tyłu</i>	TAK <i>podać oferowany parametr</i>	
----	---	--	--

Pytanie nr 71 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, SYSTEM DEBRIEFINGU - SALA PIELEŃNIARSKA - 1 STANOWISKO, Zadanie II, poz. 12

Dotyczy:

„Wbudowane w oprogramowanie narzędzie edycji (wycinanie, skracanie, łączenie) nagrań”

Czy Zamawiający uzna za równoważny zapis: „Oprogramowanie dostarczone wraz z narzędziem do edycji (wycinanie, skracanie, łączenie) nagrań”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przedmiotowe rozwiązanie. W związku z tym Załącznik nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, System debriefingu – Sala Pielęgniarska – 1 szt, Zadanie II, poz. 12 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

12	Wbudowane w oprogramowanie narzędzie edycji (wycinanie, skracanie, łączenie) nagrań <i>albo</i> <i>Oprogramowanie dostarczone wraz z narzędziem do edycji (wycinanie, skracanie, łączenie) nagrań</i>	TAK <i>podać oferowany parametr:</i>	
----	---	--------------------------------------	--

Pytanie nr 72 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, SYSTEM DEBRIEFINGU - SALA PIELEŃNIARSKA - 1 STANOWISKO, Zadanie II, poz. 15

Dotyczy:

„W zestawie minimum jedna kamera obrotowa 270 stopni, zoomująca, rozdzielczość 720p HD (w kolorze, minimum 25 klatek na sekundę); zoom optyczny minimum 12x; obudowy kamer i elementy mocujące w kolorze białym lub jasnoszarym; kamery zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (niezbędne połączenia do sterowni)”

Czy Zamawiający uzna za równoważną kamerę PTZ o rozdzielczości 1080p i zoomie optycznym minimum 10x? W przypadku zamkniętych sal symulacyjnych taka rozdzielczość zapewni znacznie lepszą jakość obrazu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym Załącznik nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, System debriefingu – Sala Pielęgniarska – 1 szt, Zadanie II, poz. 15 otrzymuje nowe następujące brzmienie:



15	W zestawie minimum jedna kamera obrotowa 270 stopni, zoomująca, rozdzielczość 720p HD (w kolorze, minimum 25 klatek na sekundę); zoom optyczny minimum 12x; obudowy kamer i elementy mocujące w kolorze białym lub jasnoszarym; kamery zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (niezbędne połączenia do sterowni) <i>albo minimum jedna kamera PTZ o rozdzielczości 1080p i zoomie optycznym minimum 10x.</i>	TAK / <i>Podać oferowany parametr</i>	
----	--	--	--

Pytanie nr 73 dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, SYSTEM DEBRIEFINGU – 3 stanowiska do SOR, Zadanie III, poz. 11

Dotyczy:

„Możliwość eksportowania jednej lub wielu kompletnych sesji symulacyjnych zawierających zarejestrowany dźwięk, wideo, adnotacje, dane symulatora, na przenośne nośniki danych oraz ich lokalnego odtwarzania na dowolnym komputerze poprzez przeglądarkę internetową, bez żadnego połączenia sieciowego z systemem, bez konieczności logowania się i podawania hasła. Wygląd interfejsu użytkownika ma być identyczny z zamawianym systemem. Odtwarzane w ten sposób sesje umożliwiać mają co najmniej zmianę widoku kamer, układu interfejsu, wyświetlanie trendów, dziennika zdarzeń symulatora, zatrzymywanie oraz przewijanie nagrań.”

Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności możliwość eksportowania jednego lub wielu torów wizyjnych wraz z dźwiękiem? Pozostawienie tego parametru wskazuje na konkretnego wykonawcę, narusza konkurencję i uniemożliwia złożenie ofert innym firmom.

Odpowiedź:

[Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.](#)

Pytanie nr 74 dotyczy treści SIWZ, § 23

Pytanie dotyczące paragrafu 23 treści SIWZ Czy Zamawiający ze względu na konieczność zamówienia towarów spoza Europy i zwiększenie konkurencyjności podmiotów, przy uwzględnieniu iż termin realizacji zamówienia jest parametrem dodatkowo punktowanym dopuści zmianę zapisu terminu realizacji w proponowany poniżej sposób: „Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia nie może być krótszy niż 10 dni i nie dłuższy niż 40 dni od daty złożenia zamówienia”?

Odpowiedź:

[Zamawiający informuje, że odpowiedź na przedmiotowe pytanie znajduje się w piśmie z dnia 26 czerwca 2018 r. DZ-318-2018/IL](#)

Pytanie nr 75 dotyczy Załącznika IIC do SIWZ – „Oświadczenie o warunkach serwisu”, pkt 1



Pytanie dotyczące załącznika IIC do SIWZ Ad. Pkt.1 Czy Zamawiający mógłby doprecyzować terminy usunięcia usterek w sposób przedstawiony poniżej: „Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do reakcji serwisu w terminie 24 godzin roboczych od otrzymania na piśmie bądź faxem lub e-mail zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie zamontowanego sprzętu oraz do jej usunięcia w terminie od 3 do 14 dni roboczych licząc od zawiadomienia o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie (ocena proporcjonalnie do 4 pkt. wartość najniższa =4 pkt)”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis nie budzi wątpliwości. W zawieranych przez Zamawiającego umowach terminy liczone są w sposób zgodny z normami określonymi w ustawie kodeks cywilny.

Pytanie nr 76 dotyczy Załącznika IIC do SIWZ – „Oświadczenie o warunkach serwisu”, pkt 2

Ad. Pkt.2 Czy Zamawiający mógłby przedłużyć ze względu na konieczność sprowadzania części zamiennych z poza Europy doprecyzować terminy usunięcia usterek w sposób przedstawiony poniżej: **Pytanie nr 1**

„Maksymalny czas usunięcia awarii, usterki lub wady u Zamawiającego w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy powinien wynieść od 14 do 25 dni roboczych od zawiadomienia o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie. (ocena proporcjonalnie do 4 pkt. wartość najniższa =4 pkt)” Pytanie dotyczące treści wzoru umowy:

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym zmianie ulega treść Załącznika IIC do SIWZ – „Oświadczenie o warunkach serwisu”, pkt 2, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

2.	Maksymalny czas usunięcia awarii, usterki lub wady u Zamawiającego w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy powinien wynieść od 14 do 20 25 dni od zawiadomienia o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie. (ocena proporcjonalnie do 4 pkt. wartość najniższa =4 pkt)	oferujemy dni
----	--	---------------------

Pytanie nr 77 dotyczy Części II do SIWZ – Projekt umowy, § 3 ustęp 4

Ad. paragraf 3 pkt.4 Czy Zamawiający mógłby doprecyzować termin w sposób przedstawiony poniżej: „Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do reakcji serwisu w terminie 24 godzin roboczych od otrzymania na piśmie bądź faxem lub e-mail zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie zamontowanego sprzętu oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie dni licząc od zawiadomienia o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis nie budzi wątpliwości. W zawieranych przez Zamawiającego umowach terminy liczone są w sposób zgodny z normami określonymi w ustawie kodeks cywilny.

Pytanie nr 78 dotyczy Części II do SIWZ – Projekt umowy, § 3 ustęp 6

Ad. paragraf 3 pkt.6 Czy Zamawiający ze względu na złożoność problemów technicznych oraz konieczność współpracy z producentem z siedzibą poza Europą mógłby doprecyzować terminy w sposób przedstawiony poniżej: „Maksymalny czas usunięcia awarii, usterki lub wady u Zamawiającego w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy nie może przekroczyć dni roboczych od zawiadomienia o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 79 dotyczy Części II do SIWZ – Projekt umowy, § 3 ustęp 7

Ad. paragraf 3 pkt. 7 Czy Zamawiający ze względu na złożoność problemów technicznych oraz konieczność współpracy z producentem z siedzibą poza Europą mógłby doprecyzować terminy w sposób przedstawiony poniżej: „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany danej części lub podzespołu na nowy w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech awarii, usterek lub wad tej samej części lub podzespołu. Wymiana gwarancyjna sprzętu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty przyjęcia reklamacji.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis nie budzi wątpliwości. W zawieranych przez Zamawiającego umowach terminy liczone są w sposób zgodny z normami określonymi w ustawie kodeks cywilny.

Pytanie nr 80 dotyczy Części II do SIWZ – Projekt umowy, § 3 ustęp 8

Ad. Paragraf 3 pkt.8 Czy Zamawiający ze względu na złożoność problemów technicznych oraz konieczność współpracy z producentem z siedzibą poza Europą mógłby przedłużyć i doprecyzować terminy usunięcia usterek w sposób przedstawiony poniżej: „W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady sprzętu w terminie do dni roboczych liczonych od zawiadomienia o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć - w ciągu 14 dni roboczych - na czas naprawy – sprzęt zamienny o tych samych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 81 dotyczy Części II do SIWZ – Projekt umowy, § 7 ustęp 1, pkt 1-4

Ad. Paragraf 7 pkt. 1 podpunkt 1), 2), 3), 4) Czy Zamawiający ze względu na znaczne wysokie wartości umów oraz inne podobne treści spotykanych umów mógłby zmienić zapisy dotyczące wysokości kar umownych w sposób proponowany poniżej: 1) „w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – kara umowna będzie wynosiła 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §5”; 2) „w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy – kara umowna będzie wynosiła 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy w stosownej



części wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia określonego w §5”; 3) „w przypadku opóźnienia w usunięciu wady urządzenia, awarii lub usterki stwierdzonej w okresie gwarancji – kara umowna będzie wynosiła 0,1% wartości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczącej stosownej jego części za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia określonego w §5”; 4) „w przypadku braku zachowania ciągłości zabezpieczenia o którym mowa w §10 ust. 4 – kara umowna będzie wynosiła 0,1% wartości wynagrodzenia Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień w którym Wykonawca nie zapewnił ciągłości zabezpieczenia, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia określonego w §5”;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Ponadto Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zostaje wyznaczony **nowy termin składania ofert:**

- termin składania ofert **25.07.2018 r. godz. 10:00.**
- termin otwarcia ofert **25.07.2018 r. godz. 11:00.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Krzysztof Goralski

W załączeniu:

- Załączniki do SIWZ po zmianach z dnia 18.07.2018 r.