



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Centrum Transferu Technologii

Szczecin, dnia 27.07.2018

Sygnatura 15-1/II+/2018

Dotyczy zapytania ofertowego nr 15-1/II+/2018. Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji Minigrantu nr 15 pn. " Opracowanie oleju naturalnego wzbogaconego w celu zwiększania właściwości antyoksydacyjnych o składniki pozyskane z roślin krajowych ".

Odpowiedź na pytanie nr 1

1. Czy zamawiający dopuści cieplarkę laboratoryjną z wymuszonym obiegiem powietrza o pojemności 40 litrów i zakresie temperaturowym od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +110°C?

Odp.: Tak

Odpowiedź na pytanie nr 2

2. Czy zamawiający dopuści cieplarkę laboratoryjną z wymuszonym obiegiem powietrza o pojemności 39 litrów i zakresie temperaturowym od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +100°C?

Odp.: Tak

Odpowiedź na pytanie nr 3

3. Czy zamawiający dopuści cieplarkę laboratoryjną z wymuszonym obiegiem powietrza o pojemności 30 litrów i zakresie temperaturowym od +5°C do +70°C?

Odp.: Nie, ponieważ cieplarka ma za niską temperaturę końcową i nie spełnia wymagań