



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kancelarz

Sygn. DZ-357-2018/TA

Szczecin, dn. 08.08.2018 r.

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na „Dostawa fantomów dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Numer sprawy: DZ-267-19/18”

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I MODYFIKACJE ZAPISÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania Fantom niemowlaka do nauki intubacji wykonany z wysokiej jakości silikony a nie z komponentów polimerowych? Według naszej wiedzy model spełniający opisane przez Zamawiającego parametry techniczne wykonany jest z silikonu. Producent tego fantomu produkuje z komponentów polimerowych tylko modele głowy osób dorosłych.

Odpowiedź: Nie dopuszcza. Model głowy do intubacji powinien być wykonany z polimerowych komponentów, które zapewniają większy realizm ćwiczeń. Model powinien mieć pełen zakres ruchów żuchwy i posiadać możliwość intubacji również przez nos.

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności fantom wcześniaka bez dołączonego pudełka z dodatkiem symulowanego zagłówek z tyłu opakowania przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych parametrów? Umożliwi to złożenie się większej ilości oferentów i uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź: Nie dopuszcza. Model całego ciała wcześniaka powinien mieć możliwość bezpiecznego przechowywania i przenoszenia, zatem powinien być umieszczony w pudełku.

Zatwierdził

Kancelarz

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie