



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Szczecin, dnia 20.08.2018r.

sygn. DZP-22-2018/JI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, pn. „, Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” - DZP-262-37/2018.

WYJAŚNIENIA

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 322 litry czyli jedynie o 2% mniejszą niż wymagana pojemność minimalna? Dopuszczenie oferowanej zamrażarki będzie dla Zamawiającego parametrem korzystniejszym gdyż pozwoli na wystartowanie w postępowaniu większej liczbie oferentów zgodnie z zasadami konkurencyjności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o takim parametrze, ze względu na zapotrzebowanie użytkownika co do ilości materiału przechowywanego w zamrażarkach, pojemność minimalna została ustalona na poziomie 330 litry.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o wymiarach zewnętrznych 765x 900x1985 mm (szer x gł x wys) ? Jeżeli nie proszę o argumentację jakie znaczenie dla Zamawiającego mają wymiary zewnętrzne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takich parametrów zamrażarki. Użytkownik ma dokładnie określone parametry zamrażarki uwarunkowane transportem i miejscem, w którym będzie znajdowała się na stałe. Wymiary są istotne przy transporcie zamrażarki do docelowego miejsca wyposażonego w bardzo wąskie pomieszczenia i wymiar gł. 900 i wys. 1985 będzie problematyczny.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej z drzwiczkami wewnętrznymi izolowanymi bez zamknięcia mechanicznego co pozwala na uniknięcie gromadzenia się lodu w zamku? Jeżeli nie proszę o argumentację

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamek mechaniczny w drzwiach wewnętrznych umożliwia ściśle przyleganie do komory zamrażarki, zapobiega utracie temperatury wewnątrz zamrażarki, dodatkowo jeśli powstaną oszronienia na drzwiach wewnętrznych, mechaniczne zamknięcie umożliwi zamykanie drzwiczek a domykanie nie będzie tak efektywne, ponieważ takie drzwiczki z oszronioną lub oblodzoną powierzchnią uniemożliwią zamknięcie.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej z drzwiczkami wewnętrznymi izolowanymi z zamknięciem na magnes co pozwala na uniknięcie gromadzenia się lodu w zamku? Jeżeli nie proszę o argumentację

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie ze względu na brak możliwości otwarcia bądź zamknięcia zamrażarki w przypadku zaniku zasilania przy zastosowaniu elektromagnesu. W przypadku zastosowania magnesu istnieje niebezpieczeństwo, że przy jego oszronieniu nie będzie spełniał swojej funkcji.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej z dużym ekranem LCD zamiast LED co jest parametrem korzystniejszym ze względu na lepszą czytelność oraz opcję komunikatów tekstowych? Jeżeli nie proszę o argumentację

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Ponadto w przypadku pomieszczeń nasłonecznionych powstają utrudnienia w odczycie na wyświetlaczu. Wyświetlacze LED są energooszczędne i charakteryzują się dłuższą żywotnością w porównaniu z wyświetlaczami LCD.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę bez alarmu zanieczyszczenia filtra skraplacza? Czyszczenie skraplacza jest standardową czynnością okresową leżącą po stronie użytkownika. Jeżeli nie proszę o argumentację

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, w związku z tym, że jest to okresowa czynność użytkownik musi być poinformowany przez sygnał alarmu zanieczyszczenia filtra skraplacza by ta czynność została wykonana w należyтым czasie, tym bardziej, że może dochodzić do zmian w składzie osobowym użytkownika.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający zgodzi się na zamrażarkę z drzwiczkami wewnętrznymi do łatwego demontażu przy użyciu narzędzi co pozwoli na uniknięcie przypadkowego wypadania drzwiczek bądź ich opadania na zawiasach co powoduje wzrost oblodzenia komory wewnętrznej. Jeżeli nie proszę o argumentację.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić zamrażarkę ze średnim zużyciem energii 16,08 kWh/dobę i ustalenie tego parametru jako wartość graniczną podlegającą punktowaniu? opuszczenie oferowanej zamrażarki będzie dla Zamawiającego parametrem korzystniejszym gdyż pozwoli na wystartowanie w postępowaniu większej liczbie oferentów zgodnie z zasadami konkurencyjności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Maksymalne zużycie zostało ustalone przez użytkownika na poziomie 10,00 kWh/dobę.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić zamrażarkę bez funkcji zliczania czasu pracy komponentów zużywalnych i rekomendowania ich wymiany gdyż ich zużycie nie jest parametrem mierzalnym i sam czas ich pracy nie jest miarodajnym wyznacznikiem mogącym sugerować ich wymianę? Zużywalność i częstotliwość wymiany części wspomnianych w opisie technicznym przez Zamawiającego zależy od wielu innych parametrów tj. stabilność warunków zewnętrznych, parametrów nastawu pracy urządzenia, jego obciążenia, stabilności sieci elektrycznej itp. Ponadto wymagany parametr jest charakterystyczny dla jednego z producentów co znacząco ogranicza możliwość złożenia oferty innym Wykonawcom i jest sprzeczne z zasadami konkurencyjności.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zamrażarkę bez funkcji zliczania czasu pracy komponentów zużywalnych i rekomendowania ich wymiany.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający zgodzi się na zamrażarkę wyposażoną w dwa kółka oraz dwie nóżki co pozwalana na wygodne przemieszczanie urządzenia oraz daje większą stabilność po jego ustawieniu w miejscu docelowym ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie takiego rozwiązania.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający jako jednostka o charakterze medycznym wymaga by zamrażarka posiadała certyfikat medyczny ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga by zamrażarka była sklasyfikowana jako wyrób medyczny.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu dostawy do 50 dni biorąc pod uwagę iż urządzenie będzie ściągane z zagranicy ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostawy zamrażarek wyposażonych jedynie w 1 szt. stelaży na pudełka kriogeniczne.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia 6 szt. stelaży metalowych na 20 pudełek kriogenicznych o wys. 5 cm.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Krzysztof Goralski