



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Szczecin, dnia 24.08.2018r.

sygn. DZP-28-2018/JI

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, pn. „Dostawa i montaż wyposażenia szpitalnego na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej PUM w Szczecinie” - DZP-262-39/2018.**

### WYJAŚNIENIA

#### treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie nr 1 dot. zad. III Zestaw sprzętu do pielęgnacji – wózek prysznicowy:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przedziału podnoszenia wózka prysznicowego w zakresie 596-1055 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 2 dot. zad. III Zestaw sprzętu do pielęgnacji - wózek prysznicowy:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie bezpiecznego obciążenie robocze na poziomie 175 kg.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 3 dot. zad. III Zestaw sprzętu do pielęgnacji - podnośnik pacjenta:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie bezpieczny udźwig podnośnika pacjenta 150 kg.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 4 dot. zad. II Łóżko porodowe – 1szt. pkt. 11:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko porodowe spełniające wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego, z jedną różnicą nie mającą wpływu na użytkowanie – przechył Trendelenburga i anty-Trendelenburga łóżka, które pragniemy zaoferować regulowane są w zakresie od 0 do 14°?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 5 dot. części I SIWZ, tj. §23, ust. 1:**

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminów dostaw do 7 tygodni z uwagi na okres urlopowy oraz zamknięcie w tym czasie fabryk produkujących sprzęt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w § 23 ust. 1 części I SIWZ modyfikuje zapis:

*„Termin wykonania zamówienia*

*Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od daty przekazania zamówienia”*

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„Termin wykonania zamówienia*

*Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż **40 dni** od daty przekazania zamówienia”*

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że w § 17 ust. 2 części I SIWZ modyfikuje zapis:

*„Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od daty przekazania zamówienia”*

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż **40 dni** od daty przekazania zamówienia”*

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ  
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Szczecinie  
mgr inż. Krzysztof Goralski