



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Szczecin, dnia 30.10.2018 r.

sygn. DZP-147-2018/IL

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, pn. „Dostawa aparatury ultrasonograficznej na potrzeby Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” - DZP-262-47/2018.

WYJAŚNIENIA

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1 dotyczy Załącznika IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zadanie 1, pkt 4

Dotyczy punktu 4 . Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o 1032192 kanałów? Różni producenci w odmienny sposób kalkulują liczbę kanałów przetwarzania, wartości w zależności od producenta wahają się od kilku tysięcy do kilku milionów kanałów dla aparatów o zbliżonej jakości obrazowania, stąd wartość ta nie wyraża klasy oferowanego aparatu USG.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia z ilością kanałów wskazanych przez Wykonawcę za zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy Załącznika IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zadanie 1, pkt 6

Dotyczy punktu 6. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o dynamice systemu $> 220\text{dB}$?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie tj. zaoferowanie aparatu USG o dynamice $> 220\text{dB}$. W związku z tym Zamawiający wprowadza następujące zmiany SIWZ:
- Załącznik III A do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych”, pkt 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

6.	Dynamika systemu, min. 270 dB <i>220 dB</i>	TAK, podać	
----	--------------------------------------------------------	------------	--

Pytanie nr 3 dotyczy Załącznika IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zadanie 1, pkt 83

Dotyczy punktu 83. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG wyposażonego w szerokopasmową głowicę liniową o zakresie częstotliwości pracy 4,3 – 15,4 MHz. Proponowana głowica jest znacznie bardziej uniwersalna niż wymagana przez Zamawiającego i pozwala na wykonywanie szerszej gamy badań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy Załącznika IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, Zadanie 1, pkt 90

Dotyczy punktu 90. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG bez możliwości rozbudowy o głowicę objętościową liniową 3D/4D

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy Załącznika IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zadanie 2, pkt 9 i 1.1

Dotyczy punktu 9 i 1.1. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o maksymalnej głębokości obrazowania 30 cm. Różnica jest znikoma, wynosi zaledwie 2 cm i jest niezauważalna dla użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy Załącznika IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, Zadanie 1 , pkt 51

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwość zduplikowania na ekranie dotykowym obrazu ultrasonograficznego z monitora aparatu?

Podany parametr w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy Philips Healthcare, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP. Zwracamy się z prośbą o przeniesienie punktu do parametrów kryterium stanowiące ocenę oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu bez przedmiotowej funkcji. Z uwagi na podniesiony aspekt Zamawiający wprowadza dodatkową punktację, za posiadanie niniejszego parametru. W związku z tym Załącznik III A do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych” w zakresie Zadania nr 1 pkt 51 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

51.	Możliwość zduplikowania na ekranie dotykowym obrazu ultrasonograficznego z monitora aparatu celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych.	<p><i>TAK/NIE</i></p> <p><i>TAK – 10 pkt</i></p> <p><i>NIE – 0 pkt</i></p>	
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--

Pytanie nr 7 dotyczy Załącznika IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, Zadanie 1 , pkt 92

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwość rozbudowy aparatu o głowicę liniową szerokopasmową, ze zmianą częstotliwości pracy, o zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 18,0 MHz uwzględniając fakt że w punktach 82-87 opisuje identyczną głowicę liniową do badań powierzchniowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że poprawia Załącznik III A do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych” w zakresie Zadania 1, pkt 92, który otrzymuje nowe następujące brzmienie.

92.	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową szerokopasmową, ze zmianą częstotliwości pracy, o zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 18,0 MHz.	TAK	
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--

Pytanie nr 8 dotyczy Załącznika IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, Zadanie 2 , pkt I, 11

1. Opis techniczno-jakościowy – pkt. I, 11

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat umożliwiający uzyskanie czterech jednocześnie włączonych ognisk? W praktyce stosowane jest jedno, maksymalnie dwa ogniska – używanie większej ilości powoduje istotne zwolnienie pracy aparatu ultrasonograficznego oraz niekorzystne rozpraszanie wiązki ultradźwiękowej co skutkuje pogorszeniem parametrów obrazowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 9 dotyczy Załącznika IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, Zadanie 2 , pkt III, 7.2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat umożliwiający regulacji korekcji kąta w zakresie 0-80 stopni? W praktyce stosuje się korekcję kąta w zakresie od zera do sześćdziesięciu stopni – wykonywanie pomiarów dopplerowskich przy wyższych wartości kąt korekcji prowadzi do zafałszowanych wyników i jest błędów medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość. W związku z tym Załącznik nr III A do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych” w zakresie Zadania 2, pkt III 7.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

7.2	Zakres regulacji korekcji kąta. Minimum: 0 – 85° 80°	Tak, podać	
-----	------------------------------------------------------	------------	--

Pytanie nr 10 dotyczy Załącznika IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, Zadanie 2 , pkt III, 7.3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych na dysku? Możliwość edytowania plików zawierających dane medyczne zapisanych na dysku może być wykorzystywane w celu zmiany wyników badania a konsekwencji do sankcji prawnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 11 dotyczy Załącznika IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, Zadanie 2 , pkt III, 8.2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwości regulacji wzmocnienia koloru na płetlach obrazowych odtwarzanych z pamięci?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 12 dotyczy Załącznika IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, Zadanie 2 , pkt IV, 1.4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w głowicę convex, której promień czoła głowicy wynosi 50 mm? Różnica między wymaganą wartością a oferowanym promieniem krzywizny sondy na poziomie 5 mm nie jest istotna medycznie i nie wpływa na komfort prowadzenia badania oraz otrzymywane wyniki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 13 dotyczy Załącznika IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, Zadanie 2 , pkt IV, 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w głowicę liniową, śródoperacyjną typu „hokej”, której zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmuje przedział od 3,0 do 15,0 MHz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 14 dotyczy Załącznika IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, Zadanie 2 , pkt IV, 3.1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w głowicę liniową, śródoperacyjną typu „hokej”, której szerokość pola obrazowania wynosi 25 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 15 dotyczy Załącznika IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, Zadanie 2 , pkt VI, 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z możliwością rozbudowy o głowicę sektorową typu ”phased array” pediatryczną, której kąt obrazowania wynosi 90°?

Podany parametr w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric Healthcare, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP. Zwracamy się z prośbą o przeniesienie punktu do parametrów kryterium stanowiące ocenę oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu z możliwością rozbudowy o głowicę sektorową typu ”phased array” pediatryczną, której kąt obrazowania wynosi minimum 90°. Zamawiający informuje, że przedmiotowy parametr nie będzie przeniesiony do parametrów

stanowiących kryterium oceny ofert. Odnosząc się do przedmiotowej kwestii Zamawiający wprowadza następujące zmiany SIWZ:

- zmianie ulega Załącznik nr III A do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych” w zakresie Zadania nr 2, pkt VI.2, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

2	Głowica sektorowa elektroniczna typu "phased array" pediatryczna o częstotliwości obrazowania B (2D) obejmujący przedział min. 4,0 do 7,0 MHz i kącie obrazowania min. 40° 90°.	TAK, podać	
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--

Pytanie nr 16 dotyczy Załącznika IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, Zadanie 2 , pkt VI, 6

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu z możliwością rozbudowy o głowicę sektorową typu "phased array" pediatryczną, której kąt obrazowania wynosi minimum 90°. Zamawiający informuje, że przedmiotowy parametr nie będzie przeniesiony do parametrów stanowiących kryterium oceny ofert. Odnosząc się do przedmiotowej kwestii Zamawiający wprowadza następujące zmiany SIWZ:

- zmianie ulega Załącznik nr III A do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych” w zakresie Zadania nr 2, pkt VI.6, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

6	Głowica sektorowa elektroniczna (Phased Areray), wieloczęstotliwościowa głowica do badań transkranialnych i kardiologicznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 2,0 -4,0MHz i kącie obrazowania minimum 40 90°.	TAK, podać	
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--

Pytanie nr 17 dotyczy Załącznika IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, Zadanie 2 , pkt VI, 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwością rozbudowy o automatyczne pomiary ginekologiczno-położnicze (BPD, HC, AC, FL)? Zamawiający planuje zakup aparatu USG dla Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych a więc pomiary ginekologiczno-położnicze nie będą stosowane. Wymieniony parametr może narazić Zamawiającego na dodatkowe koszty związane z zakupem aparatu posiadającego odpowiednią funkcjonalność.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu bez możliwości rozbudowy o automatyczne pomiary ginekologiczno-położnicze (BPD, HC, AC, FL).

Pytanie nr 18 dotyczy II Części do SIWZ – „Projekt Umowy”,

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych

Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19 dotyczy II Części do SIWZ – „Projekt Umowy”,

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przed roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiegokolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregośkolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim

Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkt nie obciążony prawami osób trzecich i ponosi za to odpowiedzialność kontraktową.

Pytanie nr 20 dotyczy II Części do SIWZ – „Projekt Umowy”,

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 21 dotyczy II Części do SIWZ – „Projekt Umowy”,

Dotyczy - projekt umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych: „Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych. Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umożliwienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy do danych osobowych pacjentów Zamawiającego przy wykonywaniu napraw aparatury medycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych będzie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM i z tym podmiotem Wykonawca wybrany w drodze przedmiotowego postępowania przetargowego podpisze stosowną umowę.

Pytanie nr 22 dotyczy II Części do SIWZ – „Projekt Umowy”, § 3 ust 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie poniższego zapisu:

„W trakcie trwania gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania w **ramach ceny** przeglądów technicznych, obejmujących swoim zakresem wymianę materiałów zużywalnych – przynajmniej raz na 12 miesięcy, przy czym ostatni przegląd musi zostać przeprowadzony nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem terminu gwarancji i rękojmi. Wymiana materiałów zużywalnych dokonywana będzie na koszt Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, w związku z tym Część II SIWZ – „Projekt Umowy” § 3 ust 13 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W trakcie trwania gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania ~~bezpłatnych~~ w ramach ceny przeglądów technicznych, obejmujących swoim zakresem wymianę materiałów zużywalnych – przynajmniej raz na 12 miesięcy, przy czym ostatni przegląd musi zostać przeprowadzony nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem terminu gwarancji i rękojmi. Wymiana materiałów zużywalnych dokonywana będzie na koszt Wykonawcy”

Pytanie nr 23 dotyczy Załącznika IIIB do SIWZ – „Szczegółowa oferta cenowa, Zadanie 1

Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny netto i brutto za całość zamówienia określonego w jednej pozycji. W przypadku, gdy Wykonawca stosuje różne stawki VAT dla poszczególnego asortymentu, Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania poniżej tabeli Załącznika IIIB do SIWZ – Szczegółowej oferty cenowej wyliczenia, na które składają się różne stawki i wartości VAT.

Pytanie nr 24 dotyczy II Części do SIWZ – „Projekt Umowy”, § 3 ust 4

Dot. SIWZ, Część II, par. 3, pkt. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby "reakcja serwisu" uwzględniała zdalne podłączenie serwisu Wykonawcy w celu zapewnienia szybkiej diagnozy i naprawy aparatu bądź zamówienie części zamiennych na podstawie zebranych informacji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 25 dotyczy II Części do SIWZ – „Projekt Umowy”, § 3 ust 5

Dot. SIWZ, Część II, par. 3, pkt. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi, w przypadku napraw trwających dłużej niż 5 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, o których stanowi ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego zapisu.

Pytanie nr 26 dotyczy II Części do SIWZ – „Projekt Umowy”, § 3 ust 7

Dot. SIWZ, Część II, par. 3, pkt. 7:

Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić zapis „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji i rękojmi trzech awarii, usterek lub wad tej samej części lub podzespołu. Wymiana gwarancyjna sprzętu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty przyjęcia reklamacji.” na rzecz: „Niezwłoczna wymiana uszkodzonego elementu/podzespołu na nowy powstaje po bezskutecznym podjęciu trzech prób usunięcia tej samej wady/usterki”?

Uzasadnienie: Nie znajduje uzasadnienia oczekiwaniu wymiany całego aparatu na nowy po trzech interwencjach serwisowych, nieraz dotyczących błahych elementów. Rozwiązaniem powszechnie akceptowanym i uwzględniającym interes zarówno Zamawiającego jak i

Wykonawcy jest ustalenie obowiązku wymiany podzespołu na nowy w przypadku jego uprzedniej 3-krotnej naprawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian do wzoru umowy. Jednak z uwagi na poniesiony aspekt Zamawiający dokonuje następujących zmian SIWZ:

- zmianie ulega zapis Części II do SIWZ, § 3 ust 7 na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany ~~sprzętu~~ *wadliwego elementu* na nowy w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji i rękojmi trzech awarii, usterek lub wad tej samej części lub podzespołu. Wymiana gwarancyjna sprzętu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty przyjęcia reklamacji.

Pytanie nr 27 dotyczy II Części do SIWZ – „Projekt Umowy”, § 3 ust 10

Dot. SIWZ, Część II, par. 3, pkt. 10:

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu w następujący sposób: „W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie wymaganym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie awarii, usterki lub wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy., po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie wady.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 28 dotyczy II Części do SIWZ – „Projekt Umowy”, § 2 ust 2, Zadanie 1

Dot. Załącznika nr III A do SIWZ, Zadanie nr 1, par. II, pkt. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: „Dostępność części zamiennych (minimum) 10 lat – od daty odbioru urządzenia, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

Pytanie nr 29 dotyczy Załącznika IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zadanie 1, pkt. I.7

Załącznik III A do SIWZ – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Dotyczy I.7.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf renomowanego producenta, wyposażony w monitor LCD na bez przepłotu z możliwością regulacja w 2 płaszczyznach (lewo/prawo oraz kąt nachylenia) o przekątnej ekranu 21,5 cali i rozdzielczości 1920x1080? Oferowany przez nas system może być wyposażony lub rozbudowany w ruchomy wysięgnik umożliwiający regulację monitora w 3 płaszczyznach, jednak jest to opcja dodatkowo płatna.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 30 dotyczy Załącznika IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zadanie 1, pkt. I.18

Dotyczy I.18.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf renomowanego producenta, wyposażony w podstawę jezdnią z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania dwóch z kół oraz możliwością blokowania kierunku jazdy?

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania, co pozwoli naszej firmie złożyć ważną ofertę cenową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 31 dotyczy Załącznika IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zadanie 1, pkt. I.24**Dotyczy I.24.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf renomowanego producenta, wyposażony w 3 pasma obrazowania harmonicznego dla poszczególnych presetów, dostępnych dla zaoferowanych głowicach?

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania, co pozwoli naszej firmie złożyć ważną ofertę cenową.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 32 dotyczy Załącznika IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zadanie 1, pkt. I.36**Dotyczy I.36.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf renomowanego producenta, wyposażony w automatyczną korekcję kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie: min. +/- 60 stopni?

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania, co pozwoli naszej firmie złożyć ważną ofertę cenową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. W związku z tym Załącznik III A do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych” w zakresie Zadania nr 1 poz. I.36 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

36.	Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie: Min. +/- 80 60 stopni	TAK, podać	
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--

Pytanie nr 33 dotyczy Załącznika IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, Zadanie 1, pkt. I.66**Dotyczy I.66.**

Czy Zamawiający wymaga funkcji automatycznego ustawiania bramki Dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kąta korekcji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ustanawia przedmiotowy parametr jako dodatkowo punktowany. W związku z tym Załącznik III A do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych” w zakresie Zadania nr 1 pkt. I.66 otrzymuje nowe następujące brzmienie:.

66	Funkcja automatycznego ustawiania bramki Dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kąta korekcji.	TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	--

Ponadto Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Zmianie ulega Załącznik nr III A do SIWZ – Zestawienie parametrów techniczno użytkowych” w zakresie Zadania nr 1:

+

- Punkt 23 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

23.	Obrazowanie harmoniczne. Min. 8 pasm częstotliwości <i>na dostarczonych głowicach</i>	Tak, podać	
-----	---------------------------------------------------------------------------------------	------------	--

- Zamawiający informuje, że ustanawia parametr zawarty w punkcie 35 jako dodatkowo punktowany. W związku z tym otrzymuje nowe następujące brzmienie:

35.	Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: Min. +/- 80 60 stopni	$\leq 79^\circ$ - 0 pkt $\geq 80^\circ$ - 10 pkt TAK, podać	
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--

- W § 7 w Części I SIWZ zostaje dodany punkt 10 o nowym następującym brzmieniu:
10) Załącznik nr III C do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznych podlegających ocenie

- W § 11 w Części I SIWZ punkt 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto PUM w Szczecinie – ~~Bank Zachodni WBK S.A. III O/Szczecin~~ Santander Bank Polska SA III Oddział w Szczecinie 06 1090 1492 0000 0001 0053 7752 z dopiskiem:

wadium: DZ-262-47/2018 – Dostawa aparatury ultrasonograficznej na potrzeby Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” – Zadanie Nr

- Zmianie ulega brzmienie § 17 – „Opis kryteriów i sposobu oceny oferty” w sposób następujący:

W zakresie Zadania nr 1

<i>Lp.</i>	<i>Kryterium</i>	<i>Ranga</i>
<i>1.</i>	<i>Oferowana cena brutto</i>	<i>60%</i>
<i>2.</i>	<i>Termin realizacji zamówienia</i>	<i>10%</i>

3.	<i>Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia</i>	<i>10%</i>
4.	<i>Parametry techniczno – użytkowe</i>	<i>30%</i>

W zakresie Zadania nr 2

<i>Lp.</i>	<i>Kryterium</i>	<i>Ranga</i>
1.	Oferowana cena brutto	60%
2.	Termin realizacji zamówienia	20%
3.	Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia	20%

5. W Części I do SIWZ w § 17 zostaje dodany punkt 4 o następującym brzmieniu:
„4. Wartość punktowa w kryterium – „Parametry techniczne” z tytułu następujących elementów zostanie ustalona w zakresie Zadania 1 w wymiarze do 30 pkt:
a. Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: Min. +/- 60 stopni ≤ 79° - 0 pkt, ≥ 80° - 10 pkt
b. Możliwość zduplikowania na ekranie dotykowym obrazu ultrasonograficznego z monitora aparatu celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych.
TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt
c. Funkcja automatycznego ustawiania bramki Dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kąta korekcji.
TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Krzysztof Goralski

Załączniki:

1. SIWZ po zmianach z dnia 30 października 2018 r.
2. Załącznik III A do SIWZ w zakresie Zadania 1 po zmianach z dnia 30 października 2018 r.
3. Załącznik III A do SIWZ w zakresie Zadania 2 po zmianach z dnia 30 października 2018 r.
4. Załącznik III C do SIWZ
5. Projekt umowy po zmianach z dnia 30 października 2018 r.