



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Szczecin, dnia 13.12.2018r.

sygn. DZP-244-2018/ŁK

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, pn. „Dostawa zaawansowanych fantomów pielęgnacyjnych, trenerów laparoskopowych i mostu medycznego jednostanowiskowego wraz z instalacją i uruchomieniem na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie” - DZP-262-59/2018.

WYJAŚNIENIA

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1 dotyczy §3 ust. 2 projektu umowy.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu na: „W przypadku wykrycia wady Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w terminie maksymalnie 21 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiającego o wykryciu wady.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Zapisy dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 2 dotyczy Załącznik nr IIIA zadanie nr 1, punkt 8.

Oprogramowanie rejestrujące zapisy sesji szkoleniowej przeprowadzanej z użyciem manekina i pilota/tabletu sterującego, o następujących parametrach:

- zapis strumienia video z kamery obejmującej swoim polem widzenia całego manekina i pracujących przy nim studentów,
- wierny zapis obrazu monitora pacjenta synchronizowany w czasie z rejestracją video i zdarzeń.

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru lub zmieni go na dodatkowo punktowany?
Uważamy iż pozostawienie w/w parametru spowoduje znaczny i nieuzasadniony wzrost ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Zapisy dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 3 dotyczy Załącznik nr IIIA zadanie nr 1, punkt 9.

Zapis sesji po nagraniu w sposób umożliwiający jego archiwizację i późniejsze przeglądanie na innym komputerze.

Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności w/w parametr jako dodatkowo punktowany lub zrezygnuje z zapisu ? Nawiązujemy tu do wyjaśnienia z punktu 8.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Zapisy dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 4.

Prosimy o informację dotyczącą stropu w miejscu instalacji mostu medycznego, tj. grubość oraz rodzaj stropu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż strop żelbetonowy o grubości 22 cm

Pytanie nr 5.

Prosimy o informację, czy strop w miejscu montażu przeniesie obciążenia generowane przez most ok 100kg.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż strop w miejscu montażu stropu przeniesie obciążenia generowane przez most o wadze ok. 100 kg.

Pytanie nr 6.

Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku konieczności montażu przezstropowego Zamawiający zapewni dostęp do pomieszczeń powyżej montowanego mostu medycznego, oraz kto ma pokryć koszty ewentualnej rozbiórki posadzki i jej odtworzenia do stanu pierwotnego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż zapewni dostęp do pomieszczeń powyżej montowanego mostu medycznego ale nie przewiduje konieczności montażu przezstropowego i związanych z tym prac remontowych.

Pytanie nr 7

Prosimy o informację, czy do miejsca instalacji mostu doprowadzone są niezbędne media zasilające, tj. gazy medyczne, obwody elektryczne 230V, instalacja wyrównania potencjałów, przewody sieci teletechnicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż do miejsca instalacji mostu doprowadzona jest instalacja elektryczna, teletechniczna i instalacja wyrównania potencjałów. Zamawiający nie przewiduje podłączenia przedmiotowych mostów do instalacji tlenowej.

Pytanie nr 8.

Prosimy o informację, czy w miejscu instalacji mostu medycznego wiszą obecnie jakiegokolwiek jednostki zasilające, jeśli tak, to czy Zamawiający dokona ich demontażu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w miejscu instalacji mostów medycznych nie ma obecnie żadnych jednostek zasilających.

Pytanie nr 9 dotyczy Załącznik nr IIIA zadanie nr 3, punkt 6.

Wnoszę o zmianę specyfikacji mostu medycznego załącznik IIIA zad. 3 pkt. 6 na max 120kg.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w pozycji I – 6 na max. 120 kg łącznie z całą infrastrukturą podtrzymującą most medyczny (most + zawiesia).

Pytanie nr 10.

Wnoszę o zniesienie wymagania wpłaty wadium dla zadania nr 3.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Zapisy dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp wyznacza nowy:

- termin składania ofert **18.12.2018 r. godz. 10⁰⁰.**
- termin otwarcia ofert **18.12.2018 r. godz. 11⁰⁰.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Krzysztof Goralski

W załączeniu:

- 1) Załączniki nr III (zad. 3) po modyfikacji