



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Szczecin, dnia 28.12.2018r.

sygn. DZP-262-2018/ŁK

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, pn. „ Dostawa aparatury do kompleksowej oceny profilu genetycznego oraz białkowego próbek biologicznych na potrzeby PUM w Szczecinie” - DZP-262-61/2018.

WYJAŚNIENIA

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 10 tygodni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Dokumentacja została zmodyfikowana.

Pytanie nr 2

Czy w przypadku naprawy systemu Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 21 dni w momencie gdy naprawa będzie wymagała przesłania części z zagranicy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Dokumentacja została zmodyfikowana.

Pytanie nr 3 dotyczy Załącznik nr IIIA, pozycja nr 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 3 czytnika mikroplątek i utworzenie nowego pakietu. Wydzielenie czytnika pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, w obecnej postaci w której 3 aparaty są w jednym pakiecie zasady konkurencyjności są bardzo mocno ograniczone?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie czytnika mikroplątek jako oddzielne zadanie.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy czytnika mikroplitek, który znacznie przewyższa parametry opisane w SIWZ ale który z komputerem jest połączony złączem Ethernet (co w ogóle nie wpływa na jakość użytkowania), który dzięki zastosowaniu ultrachłodzonego PMT nie wymaga zmiennej szerokości fali wzbudzenia i emisji w aplikacjach fluorescencyjnych a który i tak ma 5 krotnie lepszą czułość niż wyspecyfikowana (1pM) i który nie wymaga specjalnego adaptera do płytki z pokrywą gdyż w oprogramowaniu sterującym można zaznaczyć opcję, że używa się płytki z pokrywą?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Dokumentacja SIWZ zostaje podtrzymana.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp wyznacza nowy:

- termin składania ofert **03.01.2019 r. godz. 10⁰⁰.**
- termin otwarcia ofert **03.01.2019 r. godz. 11⁰⁰.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Krzysztof Goralski

Załączniki:

1. Część I SIWZ, po zmianach z dn. 28.12.2018 r.
2. Część II projekt umowy, po zmianach z dn. 28.12.2018r.