sygn. DZP-K-540/2015 Szczecin, dnia 30.11.2015 r.

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, na „Dostawę zamrażarek niskotemperaturowych z monitoringiem temperatury i systemem akwizycji danych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie" – DZP/77/PN</2015;

W Y J A Ś N I E N I A
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej wyposażonej w drzwi zewnętrzne i wewnętrzne izolowane pianką poliuretanową? Zaproponowane rozwiązanie zapewnia odpowiednią izolację urządzenia i jest w pełni równoważne z wymaganym przez Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie rozwiązań bez zastosowania próżniowych paneli izolacyjnych. Zamawiający wyjaśnia, że dodatkowa konieczność zastosowania paneli próżniowych podyktowana jest potrzebą długofalowej pracy urządzenia przy niezmiennych warunkach izolacji. Izolacja z jedynie z pianki poliuretanowej, ze względu na większą niż panel próżniowy podatność na czynniki środowiskowe – np. wilgoć, czy duży gradient temperatur, nie zapewnia stabilnych parametrów wymaganych do wieloletniego przechowywania próbek biologicznych w procesie biobankowania.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej wyposażonej w zestaw stelaży z ruchomymi, wysuwanymi szufladkami na 600 szt. pudełek 13,5 x 13,5 cm x 5 cm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamrażarek z zestawem stelaży z ruchomymi, wysuwanymi szufladkami na minimum 600 szt. pudełek o wymiarze 13,5 x 13,5 cm x 5 cm – pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ, a w szczególność wymaganej pojemności użytkowej zamrażarek.

Projekt „Budowa infrastruktury informatycznej spełniającej standardy umożliwiające współpracę biobanku onkologicznego z europejskimi sieciami naukowo - badawczymi"; Nr umowy: UDA-POIG.02.03.02-00-077/10-00 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej zabezpieczonej przed nieupoważnionymi osobami za pomocą zamka wyposażonego w klucz oraz sterownikiem mikroprocesorowym chroniącym przed zmianą parametrów hasłem, ale bez możliwości identyfikacji użytkownika? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia się, że zintegrowany system kontroli dostępu pozwalający na identyfikację użytkownika jest kluczowym elementem projektu realizowanego przez Zmawiającego mającego na celu dostosowanie biobanku do międzynarodowych standardów. Rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę nie pozwala na identyfikację osoby otwierającej, określenie momentu otwarcia zamrażarki i określenie długości czasu otwarcia – tym samym nie pozwala na pełną kontrole ww. parametrów przechowywania próbek w ramach biobanku.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej wyposażonej w system monitoringu temperatury, kontroli dostępu i akwizycji danych, zintegrowany z zamrażarką, bez wymogu zewnętrznych jednostek sterujących (komputera) oraz niezależny system monitoringu temperatury z bezprzewodową transmisją danych? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie – pod warunkiem, iż oferowane urządzenie wraz z zintegrowanymi elementami odpowiadać będą dopuszczalnym wymiarom urządzenia zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ pkt 5-7.

W imieniu Zamawiającego

ZASTĘPCA KANCLERZA
ds. Administracyjnych
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr Andrzej Gajewski