



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Szczecin, dnia 23.09.2019 r.

DZP-302/2019/MKB

bip.pum.edu.pl

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Autostainer z aparatem do deparafinizacji do badań immunohistochemicznych”, nr postępowania: DZP-262-32/2019.

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści siwz:

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby wraz z dostawą urządzenia Autostainer wraz z modułem do deparafinizacji dostarczone zostało oprogramowanie w języku polskim?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie dostarczone wraz z urządzeniem Autostainer z modułem do deparafinizacji było w polskiej wersji językowej.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby protokoły barwień dla przeciwciał RTU i systemów producenta były dostarczone wraz z oprogramowaniem urządzenia, a wymogi opisane w SIWZ Rozdz. XIV poz. 7 oraz Załącznik 2 poz. 7 dotyczyły systemów do wizualizacji i przeciwciał innych producentów ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga aby protokoły barwień dla przeciwciał RTU i systemów detekcji producenta aparatu były dostarczone wraz z oprogramowaniem urządzenia Autostainer, a wymogi opisane w SIWZ rozdz. XIV poz. 7 oraz załącznik 2 poz. 7 dotyczą przeciwciał i systemów detekcji innych producentów.

Pytanie nr 5

Prosimy o wyjaśnienie, jaka ma być minimalna oraz maksymalna pojemność butelek opisanych w SIWZ Rozdz. XIV poz. 8 oraz Załącznik 2 poz. 8 ?

Odpowiedź:

Minimalna pojemność wymaganych butelek nie może być większa niż 5 ml, a maksymalna nie może być większa niż 60 ml.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie

mgr inż. Krzysztof Goralski