



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Szczecin, dnia 27.09.2019 r.

„Autostainer z aparatem do deparafinizacji do badań immunohistochemicznych” – DZP-262-32/2019

(otwarcie ofert odbyło się w dniu 27.09.2019 r.)

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena [60%]	Parametry techniczne [30%]	Okres gwarancji [10%]
1	Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 303 02-785 Warszawa	180 000,00 PLN	1. Możliwość jednoczesnego barwienia co najmniej 20 szkiełek – 48 szkiełek 2. Możliwość stosowania co najmniej 20 odczynników w jednym cyklu pracy urządzenia – 42 pozycje na odczynniki 3. Możliwość równoczesnego barwienia co najmniej 17 różnych antygenów - max 37 różnych antygenów 4. Skanowanie szkiełek i odczynników zarówno na pokładzie urządzenia przed jego uruchomieniem jak i w trakcie pracy aparatu poza jego pokładem - TAK 5. Możliwość tworzenia własnych protokołów barwienia przez użytkownika dla np. odczynników innych producentów - TAK 6. Możliwość stosowania butelek o różnych pojemnościach - TAK	12 miesięcy

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: **180 000,00 PLN brutto**

Sporządziła: Marzena Kopacka-Biculewicz