



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Szczecin, dnia 17.07.2020 r.

DZP-182/2020/MKB

bip.pum.edu.pl

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego częściowego, w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu laboratoryjnego”, nr postępowania: DZP-262-20/2020.*

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie:

CZĘŚĆ 6 – wyparka

Jakie szkło ma być dostarczone z wyparką ? Standardowe wyposażenie to: chłodnica szklana pionowa oraz kolba odbieralnikowa 1l oraz kolby reakcyjne 1 i 2 l – czy tak ma być wyposażona wyparka?

Odpowiedź:

Wyparka ma być wyposażona w chłodnicę szklaną pionową, kolbę 1L odbieralnikową oraz kolby reakcyjne 1L i 2L.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ  
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Szczecinie  
mgr inż. Krzysztof Geralski

Sporządziła: Marzena Kopacka-Biculewicz