



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Szczecin, dnia 21.07.2020 r.

DZP- 191 /2020/AD

bip.pum.edu.pl

ODPOWIEŹ NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego częściowego, w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu laboratoryjnego”, nr postępowania: DZP-262-20/2020.

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie:

Cześć 6. Wyparka

WYPARKA PRÓŻNIOWA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM – 1 SZT.

Pytanie:

W Opisie przedmiotu zamówienia jest „Wyparka próżniowa z kolorowym wyświetlaczem- 1 szt.”

Natomiast w opisie pojawia się : “Moc pompy maks. 650 VA”

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia wyparki próżniowej z pompą? Czy pompa próżniowa o uzyskanym podciśnieniu na poziomie 10 mbar jest wystarczająca?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia wyparki z pompą.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie

mgr inż. Krzysztof Goralski

Sporządziła: Agnieszka Dobrzyńska