



DZP-307/2020/WO

bip.pum.edu.pl

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa artykułów laboratoryjnych”, nr postępowania: DZP-262-26/2020.

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści siwz:

Pytanie nr 1:

Chciałbym zadać pytanie do formularza cenowego cz. 2 - DZP-262-26/2020 - Dostawa artykułów laboratoryjnych. Czy w pozycji 89 podane ilości w przedostatniej kolumnie (20) dotyczą 20 op. (4 szt. x 20 op.), czy 20 szt. (4 szt. x 5 op.)?

Lp.	Nazwa, opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry	Przykładowy producent	Przykładowy nr katalogowy	Cena jednostkowa brutto w PLN	Ilość w opakowaniach /sztukach
1	2	3	4	5	6
89.	wskaźnik do mikrobiologicznej oceny skuteczności sterylizacji w suchym gorącym powietrzu typu sporal S 9, np.1op-4 szt	Eprus	04ST5		20

Odpowiedź Zamawiającego:

Ilości w pozycji 89, w kolumnie 6 dotyczą sztuk. Zamówienie w tej pozycji obejmuje 20 sztuk, tj. 20 wskaźników według parametrów opisanych w kolumnie 2. W przypadku gdy wskaźniki będą pakowane, np.:

- po 4 sztuki, to zamówienie obejmuje 5 opakowań (po 4 sztuki w 1 opakowaniu).
- lub po 5 sztuk, to zamówienie obejmuje 4 opakowania (po 5 sztuk w 1 opakowaniu).

W imieniu Zamawiającego:
KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
/-/ mgr inż. Krzysztof Goralski

Sporządziła: Wioletta Orzechowska