

Szczecin, dnia 07 września 2020 r.

bip.pum.edu.pl

DZP- 315 /2020/AD

**Pytania i odpowiedzi; zmiana opisu przedmiotu zamówienia;  
zmiana terminu składania ofert**

dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę trzech pHmetrów terenowych

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby do dostawy dołączona była elektroda? Jeśli tak, proszę podać jej zakres oraz przeznaczenie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby do dostawy dołączona była elektroda.

Zamawiający **zmienia opis przedmiotu zamówienia** na następujący:

Trzy pHmetry terenowe, **każdy wraz z kompatybilną elektrodą umożliwiającą pomiar pH gleby w zakresie gwarantowanym przez pHmetr**, o parametrach nie gorszych niż:

- zakres pomiaru pH: -2 – 20;
- dokładność: 0.01;
- rozdzielczość: 0.01; wodoszczelność i pyłoszczelność (klasa zabezpieczenia IP min. 67);
- pamięć 100 pomiarów.

Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 09 września 2020r., na dzień **11 września 2020r.**

**W imieniu Zamawiającego:**

KANCLERZ  
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Szczecinie

mgr inż. Krzysztof Goralski



Projekt MIKROBIOM jest współfinansowany przez  
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  
zgodnie z umową DOB-BIO10/03/01/2019 „MIKROBIOM”



Narodowe Centrum  
Badań i Rozwoju