

Szczecin, dnia 12.01.2021 r.

Sygnatura sprawy 3/EPIGENOM/2021/CTT

Dotyczy zapytania ofertowego nr 3/EPIGENOM/2021/CTT na dostawę 700 szt. szybkich testów kasetowych na koronawirusa SARS-CoV-2 przeciwciała IgG/IgM, na potrzeby realizacji projektu „Analiza epigenomu w celach dochodzeniowo-śledczych – zwiększenie możliwości identyfikacyjnych i wykrywczych badań DNA”.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testu immunochromatograficznego w formie testu przepływu bocznego do jakościowego wykrywania anty-SARS-CoV-2 IgG i IgM w próbkach krwi pełnej, surowicy lub osocza pacjentów z objawami chorobowymi? Test charakteryzuje się czułością diagnostyczną na poziomie 94,1% (86,8% - 98,1%)*, swoistością diagnostyczną: 99,2% (97,7% - 99,8%)* oraz ogólną zgodnością: 98,2% (96,6% - 99,2%)* (*95% przedział ufności).

Odpowiedź

Zaoferowany test musi spełniać poniższe warunki:

Efektywność testu:

Dla klasy IgM czułość minimalna: 95% Swoistość minimalna: 95%

Dla klasy IgG czułość minimalna: 91% Swoistość minimalna: 95%