

Szczecin, dnia 27.01.2021 r.

Sygnatura sprawy 4/EPIGENOM/2021/CTT

Dotyczy zapytania ofertowego nr 4/EPIGENOM/2021/CTT na zakup 5 000 szt. rękawiczek nitrylowych na potrzeby realizacji projektu „Analiza epigenomu w celach dochodzeniowo-śledczych – zwiększenie możliwości identyfikacyjnych i wykrywczych badań DNA”.

Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie ofert częściowych, traktując 25 opakowań jednego rozmiaru jako jedną część/zadanie? Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną w Polsce i na świecie oraz fakt, iż rękawiczki są jednym z trudniej dostępnych produktów prosimy o możliwość złożenia oferty częściowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawiczek w wymaganych rozmiarach o poniższych parametrach, producenta innego niż wskazany w zapytaniu?

Rękawice ratownicze:

- a) Jednorazowego użytku, niesterylne.
- b) Nitrylowe.
- c) Hipoalergiczne, bezlateksowe, niepodrowane.
- d) Przedłużony mankiet.
- e) Kolor niebieski.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w zapytaniu rękawiczki innych producentów, spełniające poniższe wymagania:

rodzaj rękawicy	diagnostyczna, ochronna, niejałowa
surowiec	nitryl
środek pudrujący	bezpudrowa
AQL	1,5
zawartość protein lateksowych	nie dotyczy
kształt	uniwersalny, pasujące na prawą i lewą dłoń
wykończenie mankieta	równomiernie rolowany brzeg
powierzchnia zewnętrzna	teksturowana
kolor	niebieski
długość	min. 300 mm
metoda inspekcji	EN 455, ASTM D 6978-05 , EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016
zapewnienie jakości	EN ISO 13485: 2012, ISO 9001:2008
PPE 89/686 /EWG	kat III