



Szczecin , dnia 23.03.2021 r.

Sygnatura sprawy: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZPITALEJEDNOIMIENNE/2021/CTT

**Dotyczy:** Zapytania ofertowego **na zakup chłodziarko-zamrażarki laboratoryjnej** na potrzeby projektu „Opracowanie nowoczesnych technologii laboratoryjnych, informatycznych i bioinformatycznych dedykowanych diagnostyce i prewencji zakażeń SARS CoV-2.”

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności chłodziarki brutto/netto – 150/130L ?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza odstępstw od podanej specyfikacji.

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych (szerokość x głębokość x wysokość ) 53 x 68 x 192cm?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza odstępstw od podanej specyfikacji.

#### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie temperatury od -5C do -20C?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza odstępstw od podanej specyfikacji.

#### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 4 druciana półki, bez kosza, do przechowywania wykonane z blachy stalowej z wytrzymałą powłoką z tworzywa sztucznego z nierdzewnego materiału. Półka jest zamocowana na prowadnicach ze stali nierdzewnej zapobiegających przechylaniu, które umożliwiają łatwe wyjęcie półki i dostosowanie jej wysokości bez użycia narzędzi. Wewnętrzny system regałów pozwala na dużą elastyczność wewnętrznej oprawy z możliwością wymiany i łączenia półek oraz szuflad.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza odstępstw od podanej specyfikacji.