

Szczecin, dnia 25.05.2021 r.

Sygnatura sprawy 6/HAZARD/2021/CTT

Dotyczy zapytania ofertowego nr 6/HAZARD/2021/CTT na wykonanie oznaczeń stężeń biopierwiastków i metali ciężkich w surowicy na potrzeby realizacji projektu „Identyfikacja biologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zagrożeń zdrowotnych u młodych mężczyzn zagrożonych uzależnieniem od Internetu, gier komputerowych i/lub gier online oraz e-hazardu”.

Pytanie 1

Czy przewidują Państwo zwiększenie ilości surowicy do wymienionych w Zapytaniu oznaczeń. Wskazana przez Państwa ilość 1 ml i 0,5 ml surowicy jest nie wystarczająca do wykonania oznaczenia nawet jednego z wymienionych pierwiastków. Minimalna ilość materiału do oznaczenia jednego pierwiastka metodą spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie to ok. 2ml.

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje większą ilością materiału do badań.